

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	李博	职 称	工程师
工作单位	河南科技大学第一附属医院		
采购单位名称	嵩县人民医院		
采购项目名称	超声经颅多普勒血流分析仪升级方案		
供应商名称	河南迪康电子科技有限公司		
专 家 论 证 意 见	(技术指标和功能是否满足采购项目需求,技术指标是否有歧视性或排他性,市场分析,专利、专有技术、单一品牌或单一供应商理由等) 嵩县人民医院现有TCD设备:德力凯 9PB. 欲采购与设备配套使用的专业微栓子检测软件、高清图自动识别功能软件,及16M监护探头。因医疗设备及软件为同一注册,具有技术唯一性;且兼容性与专业连续性,软件底层协议要匹配现有德力凯 9PB 主机配套,否则会导致功能失效,带来错误风险;经调研市场也无其他厂家软件能够适配。 根据《政府采购法》第三十一条(四)“因货物或服务使用不可替代的专利、技术,导致只能从特定供应商处采购”的规定,拟采用单一来源采购方式。 论证:该软件及硬件与现有德力凯 9PB 底层协议算法及注册配置深度绑定,无第三方有效替代方案,同意按单一来源采购,由原厂唯一授权供应商。		
	专家签名: 李博 2026年 7月14日		

本表专家一人一表填写论证意见并签字