

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	连建学	职 称	高 工
工作单位	河南科技大学		
采购单位名称	嵩县人民医院		
采购项目名称	超声经颅多普勒血流分析仪升级方案		
供应商名称	河南迪康电子科技有限公司		
专 家 论 证 意 见	(技术指标和功能是否满足采购项目需求, 技术指标是否有歧视性或排他性, 市场分析, 专利、专有技术、单一品牌或单一供应商理由等) 通过对该院提供的各项材料的审核, 认为本项目拟用超声经颅多普勒血流分析仪软硬件升级项目(型号德敏TCD-9P)升级涉及原通讯协议、信处理算法、硬件授权需兼容原有历史数据, 第一次无法完成适配改造, 存在技术唯一性, 无其他可替代供应商。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购”的情形, 建议采用单一来源的方式从唯一授权经销商河南迪康电子科技有限公司采购。		
	专家签名: 连建学 2020年9月14日		

本表专家一人一表填写论证意见并签字