单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：靳蓉	
	职称：副主任药师	
	工作单位：洛阳市妇幼保健院	
项目信息	项目名称：嵩县中医院 64 排 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：1680000.00 元	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由，应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等） 因嵩县中医院所使用的CT整机为2012年购买的德国西门子品牌的设备，球管为该设备重要组成部分，如采购另外渠道的球管会影响设备的图像质量、运行能力及工作效率等整体运转。为保证原设备正常运行，且能供提供合理的使用技术及相对高质量有保证的元器件，需从西门子系统有限公司采购适配原CT机的球管。建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	靳蓉	日期：2026 年 11 月 6 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。