单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：吕军	
	职称：工程师	
	工作单位：洛阳市中心医院	
项目信息	项目名称：嵩县中医院64排CT球管采购项目	
	项目预算金额：1680000.00元	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由，应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等） 嵩县中医院拟购64排CT球管采购 CT球管是CT机的核心部件，不是单独存在的使用设备，根据告示要求已注册备案CT球管须与原机匹配，才能保证安全及图像质量更佳，故建议：单一来源从西门子医疗系统采购原机配套球管。	
专业人员签字	吕军	日期：2026年11月6日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。