单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李文丽	
	职称：副教授	
	工作单位：河南科技大学	
项目信息	项目名称：嵩县中医院64排CT球管采购项目	
	项目预算金额：1680000.00元	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由，应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等） 嵩县中医院于2017年购买一台西门子64排128层X射线计算机体层摄影设备，配套球管（型号：Straton），为西门子医疗系统有限公司生产。球管与CT设备之间有匹配部分。第三方球管与西门子CT专机匹配（有测试报告），其他球管会直接影响设备之间的使用效果、运行能力等。为了保障CT设备正常进行以后维修维护需求，必须保证有关维修更换一些必须零部件及配套工具，建议采购第一手原厂球管。	
专业人员签字	李文丽	日期：2016年11月6日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。