

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: <u>吕军</u>                                                                                                                                                                                                               |                    |
|          | 职称: <u>工程师</u>                                                                                                                                                                                                              |                    |
|          | 工作单位: <u>洛阳市中心医院</u>                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 项目信息     | 项目名称: 新安县第二人民医院上海联影 16 排 CT 球管维修更换项目                                                                                                                                                                                        |                    |
|          | 项目预算金额: 400000.00 元                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          | 供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司<br>供应商地址: 上海市嘉定区城北路 2258 号                                                                                                                                                                            |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)</p> <p style="font-size: 1.2em;">新安县第二人民医院拟采购上海联影公司 16 排 CT 球管, 因球管为 CT 机的核心部件, 按照相关规定, 为确保设备性能, 及影像诊断精确性, 须与主机设计一致, 其他品牌型号球管无法替换使用, 在市场上具有唯一性, 建议: 从原厂购入。</p> |                    |
| 专业人员签字   | <u>吕军</u>                                                                                                                                                                                                                   | 日期 2024 年 6 月 12 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

