

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 张亚明                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|          | 职称: 教授                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|          | 工作单位: 河南科技大学                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 项目信息     | 项目名称: 新安县第二人民医院上海联影 16 排 CT 球管维修更换项目                                                                                                                                                                                        |                    |
|          | 项目预算金额: 400000.00 元                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          | 供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司<br>供应商地址: 上海市嘉定区城北路 2258 号                                                                                                                                                                            |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)</p> <p style="text-align: center;">上海联影 16 排 CT CuCT510)</p> <p>球管型号为 CTR2150CEUH, 球管作为 CT 的核心部件, 不可任意更改和更换。目前这种球管为联影 CT 专用配件, 其他品牌型号的球管无法适用, 故建议单一来源进行采购。</p> |                    |
| 专业人员签字   | 张亚明                                                                                                                                                                                                                         | 日期 2026 年 6 月 12 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

