

项目	参数要求
1.	型号:CTR 2150CEUH
2.	球管热容量: ≥ 5.3 MHU
3.	阳极靶面直径: 190mm
4.	球管阳极最大散热率: 815kHU/min
5.	小焦点尺寸: 0.5mm*1.0mm
6.	大焦点尺寸: 1.0mm*1.0mm
7.	最小管电压: 80KV
8.	最大管电压: 140KV
9.	管电压档位: 80KV, 100KV, 120KV, 140KV
10.	最小管电流: 10mA
11.	最大管电流: 420mA
12.	球管灯丝最大瞬时电流: 5.2A
13.	最小灯丝频率: 50Hz
14.	最大灯丝频率: 40kHz
15.	省内服务机构需配备有联影厂家认证的工程师 ≥ 2 名, 提供原厂培训证书
16.	工程师需要合法获得维修产品所需相应工具及备件
17.	必须更换原厂全新备件
18.	有全职的应用培训专家, 能以远程的形式, 根据临床需要免费提供临床扫描、图像处理的专业支持