南阳市市直政府采购项目验收报告

采购人	南阳市卫生健康体育委员会	中标、成交供应商	北京中科泰和科技有限公司
采购项目名称	南阳市卫生健康体育委员会结核病实验室检测试剂配置	项目编号	南阳政采公开-2026-16
具体使用科室	卧龙区疾控中心检验科	使用人姓名、电话	张靖　15518960678
采购项目内容			采购合同金额
结核分枝杆菌耐药基因检测系统（全自动医用 PCR 分析仪）UP0104　1 套			389000 元

验收情况

验收标准：

1、产品名称、规格、型号、质量是否与河南省政府采购网上商城合同一致；

2、随机资料及附件、配件是否齐全；

3、设备是否已安装调试，各项技术指标是否达到要求，

验收结论：

1. 检查外包装完整
2. 检查所有配件种类齐全、数量正确
3. 仪器外观表面没有变形、划伤、裂痕等不良现象
4. 翻盖按钮按下后自动顺畅弹起
5. 检测管能够顺利在模块中顺畅插拔
6. 仪器上电后，未见有报错对话框弹出
7. 红色扫描光能够正常扫描检测管二维码

以上所有检查项均验收合格

验收负责人签字：任立

验收小组签字：张保国　李凯

（验收单位公章）

2026年 9月 8日

说明 1、验收标准主要包括产品名称、规格、型号、数量、质量是否与采购文件和合同一致；随机资料及附件、配件是否齐全；是否已安装调试，各项技术指标是否达到要求；是否按照合同要求时间供货以及其他内容。服务和工程项目按照服务要求和行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收，

2、表中内容填写不完或有其他验收文件时，请另附页与本验收表一并提供。

3、采购人员和使用人员要分离，采购人员不得参与项目验收，