

合同号: PDSEYZBBQX20260603L

平顶山市第二人民医院医疗设备

采购合同

设 备 名 称: SPECT/CT

甲方(采购人): 平顶山市第二人民医院

乙方(供货人): 重庆一采通供应链管理有限公司

医疗设备（器械）买卖合同

甲方（采购人）：平顶山市第二人民医院

乙方（供货人）：重庆一采通供应链管理有限公司

甲乙双方根据 2026 年 06 月 03 日召开的 平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（SPECT/CT）项目公开招标结果，经友好协商签订以下协定：

第一条、合同基本信息及技术参数

1、甲方采购设备的基本信息及价款：

项目名称	平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（SPECT/CT）项目
投标人名称	重庆一采通供应链管理有限公司
产品名称	单光子发射及 X 射线计算机断层成像系统
产品品牌	GE 医疗（GE HealthCare）
数量	1 台/套
设备产地	中国北京
规格型号	NM/CT 870 DR
是否整机原装进口（如不是，需详细列明）	1. 是否整机原装进口：否 2. 详细列明：本设备由北京通用电气华伦医疗设备有限公司负责生产组装。其中 CT 球管、高压发生器核心组件、探测器晶体、成像处理芯片为境外原装进口部件；设备机架、扫描床、柜体结构件、线路辅材等均为国内配套生产，整机按照 GE 全球统一技术工艺与质检标准制造。
供货及安装调试期	合同签订后 30 日历天
质量	合格，符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求。
质保期	1 年（自安装调试培训验收合格后算起）。
单价	9460000.00 元
合同总价	（大写）：玖佰肆拾陆万元整 （小写）：9460000.00 元

*合同总价为设备安装到位并交付使用前所有费用的总和。

2、货物明细清单及金额

序号	名称	品牌	型号规格	制造商	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	单光子发射断层及 X 射线计算机体层摄影成像系统	GE 医疗 (GE Health Care)	NM/CT 870 DR	北京通用电气华伦医疗设备有效公司	北京	台	1	9460000.00	9460000.00
2	甲状腺功能测定仪	中科中佳	MN-6110	安徽中科中佳科学仪器有限公司	安徽合肥	台	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
3	心肌负荷运动踏车	谷山丰	CV1200	北京谷山丰生物医学技术有限公司	北京	台	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
4	核医学影像信息管理系统及配套设备	天思	NIS, 发布版本: 1	北京天思英弘信息技术有限公司	北京	套	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
5	AI 医学辅助诊断系统	深睿	MIDS-PNAB, 发布版本 2/AI-FADS, 发布版本 1	杭州深睿博联科技有限公司	杭州	套	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
6	平方式铅衣架	新为	FG18	龙口市新为医疗器械有限公司	山东烟台	台	2	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
7	铅胶防护用品	新为	铅衣: XA01 铅帽: XA10 铅围脖: XA11-2	龙口市新为医疗器械有限公司	山东烟台	套	3	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价

			侧防铅眼镜: XA16	械有限公司				另行计价	另行计价
8	单通道微量注射泵	迈瑞	BeneFusion uSP	深圳迈瑞科技有限公司	深圳	个	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
9	不锈钢担架车	顺发	QJ-A07	河南瞬发医疗器械有限公司	河南新乡	个	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
10	控制室配套桌椅	GE 医疗 (GE Health Care)	定制	北京通用电气华伦医疗设备有效公司	北京	套	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
11	50 升灭菌消毒高压锅	施都凯 (STIK)	LMJ-54A	施都凯仪器设备 (上海) 有限公司	上海	个	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
12	柜式空气消毒机 (90 平方米)	赛多	SOT0-G6	赛多空气净化技术 (廊坊) 有限公司	河北廊坊	台	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
13	120KVA UPS 电源	菲尼克斯	LY-UT33120	艾尔维尔 (上海) 机房设备有限公司	上海	个	1	含于设备总价内, 不另行计价	含于设备总价内, 不另行计价
金额合计: (小写) <u>9460000.00 元</u> (大写) <u>玖佰肆拾陆万元整</u>									

3、甲方技术参数及要求

序号	名称	招标规格	投标规格	偏离情况	说明 (技术证明 (支持) 文件)
一、	名称:	单光子发射断层及 X 射线计算机体层摄影成像系统	单光子发射断层及 X 射线计算机体层摄影成像系统	无偏离	医疗器械注册证 (国械注准 20213060312)
二、	数量:	1 台/套	1 台/套	无偏离	
三、	设备用途:	用于人体各种疾病的诊断, 可供医	用于人体各种疾病的诊断, 可供医	无偏离	医疗器械注册证 (国械注准

		生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。	生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。		20213060312)
四、	规格要求:	投标机型为投标人已获得中华人民共和国医疗器械注册证,且首次注册时间在2018年以后、带有 ≥ 16 排诊断CT的一体化SPECT/CT产品(即SPECTC与CT为同一品牌的连体设备)	投标机型为投标人已获得中华人民共和国医疗器械注册证,且首次注册时间在2025年10月21日、带有24排诊断CT的一体化SPECT/CT产品(即SPECTC与CT为同一品牌的连体设备)	无偏离	医疗器械注册证(国械注准20213060312)
五	技术要求和参数:				
5.1	探头				
5.1.1	探头规格	两个探头,矩形,可变角	两个探头,矩形,可变角	无偏离	GE技术白皮书第2页
5.1.2	探头有效视野(UFOV)(mm)	$\geq 540 \times 400$	$540\text{mm} \times 400\text{mm}$	无偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.3	晶体类型	NaI晶体	NaI(Tl)晶体	无偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.4	晶体厚度(英寸)	$\geq 3/8$	3/8英寸	无偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.5	能量范围(keV)	≥ 620	40-620keV	无偏离	GE技术白皮书第2页
5.1.6	固有能量分辨率	$\leq 9.8\%$	$\leq 9.5\%$	正偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.7	单探头最大计数率(kcps)	≥ 460	$\geq 460\text{kcps}$	无偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.8	固有空间分辨率				
5.1.8.1	FWHM(CFOV)	$\leq 3.7\text{mm}$	$\leq 3.7\text{mm}$	无偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.8.2	FWTM(CFOV)	$\leq 7.5\text{mm}$	$\leq 6.8\text{mm}$	正偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.8.3	FWHM(UFOV)	$\leq 3.9\text{mm}$	$\leq 3.8\text{mm}$	正偏离	GE技术白皮书第11页
5.1.8.4	FWTM(UFOV)	$\leq 7.7\text{mm}$	$\leq 6.9\text{mm}$	正偏离	GE技术白皮书第12页
5.1.9	系统灵敏度(cpm/ μCi)(低能高分辨准直器,NEMA标准)	≥ 202	206cpm/ μCi	正偏离	GE技术白皮书第12页
5.1.10	重建空间分辨率(低能高分辨准直器,带散	重建空间分辨率(低能高分辨准	重建空间分辨率(低能高分辨准	无偏离	配置清单第2项

	射, NEMA 标准)	直 器 , 带 散 射, NEMA 标准)	直 器 , 带 散 射, NEMA 标准)		
5.1.1 1.1	径向	≤10.0mm	≤9.9mm	正偏离	GE 技术白皮书 第 11 页
5.1.1 1.2	中心	≤10.0mm	≤9.9mm	正偏离	GE 技术白皮书 第 11 页
5.1.1 1.3	切向	≤7.5mm	≤7.5mm	无偏离	GE 技术白皮书 第 11 页
5.1.1 2	固有均匀度				
5.1.1 2.1	有效视野 (微分)	≤2.5%	≤2.1%	正偏离	GE 技术白皮书 第 11 页
5.1.1 2.2	有效视野 (积分)	≤3.7%	≤3.0%	正偏离	GE 技术白皮书 第 11 页
5.2	准直器				
5.2.1	低能高分辨型准直器或 中低能一体化准直器	适用核素 99m Tc	LEHR 低能高分辨 准直器, 适用核素 99m Tc	无偏离	配置清单第 2 项
5.2.1 .1	系 统 分 辨 率 (@10cm, FWHM, NEMA 标准) (LEHR 或 LEHRs 或中低能一体 化准直器)	≤7.5mm	7.4mm	正偏离	GE 技术白皮书 第 12 页
5.2.1 .2	单个低能高分辨准直器 或中低能一体化准直器 重量	≤45 kg/个	43kg/个	正偏离	GE 技术白皮书 第 12 页
5.2.2	高能通用型准直器	适用核素 131I	HEGP 高能通用准 直器, 适用核素 131I	无偏离	配置清单第 3 项
5.2.2 .1	有 散 射 系 统 分 辨 率 (@10cm, FWHM, NEMA 标 准) (HEGP)	≤13.5mm	12.0mm	正偏离	GE 技术白皮书 第 12 页
5.2.2 .2	单个高能通用型准直器 重量	≤135kg/个	131kg/个	正偏离	GE 技术白皮书 第 12 页
5.3	除步进断层采集模式和 连续断层采集模式外, 提供螺旋断层采集模 式, 可实现探头运动和 静止时同时采集信号。	提供 (附厂家技术 白皮书)	SwiftScan 螺旋采 集	无偏离	GE 技术白皮书 第 4 页 “螺旋采 集 SPECT”, 配 置清单第 46 项
5.4	平面采集	提供	提供	无偏离	配置清单 1.5 项
5.5	断层采集	提供	提供	无偏离	配置清单 1.5 项
5.6	病人安全保护装置	提供	提供	无偏离	配置清单 1.2 项
5.7	全自动人体轮廓跟踪	提供	提供	无偏离	GE 技术白皮书 第 3 页、第 4 页
5.8	扫描床自动记忆辅助定	提供 (附厂家技术	提供 (附厂家技术	无偏离	配置清单第 7 项

	位标尺：提供触摸控制 自动定位辅助功能	白皮书或其他证 明文件)	白皮书或其他证 明文件)		
5.9	CT				
5.9.1	探测器				
5.9.1 .1	探测器类型	固体稀土陶瓷探 测器	固体稀土陶瓷探 测器	无偏离	配置清单 1.9 项
5.9.1 .2	CT 轴扫模式下每圈最 多扫描排数	≥24 排	24 排	无偏离	GE 技术白皮书 第 13 页
5.9.1 .3	最小扫描层厚(mm) (非 重建)	≤0.625	0.625mm	无偏离	GE 技术白皮书 第 14 页
5.9.1 .4	CT 探测器物理宽度	≥2cm	2cm	无偏离	配置清单 60 项
5.10. 1	球管				
5.10. 1.1	球管阳极热容量(MHU) (非等效)	≥5	6.3MHU	正偏离	GE 技术白皮书 第 13 页
5.10. 1.2	球管最高电压(kV) (非 等效)	≥140	140kV	无偏离	GE 技术白皮书 第 13 页
5.10. 1.3	最大电流 (ma) (非等 效)	≥400mA	440mA	正偏离	GE 技术白皮书 第 13 页
5.10. 1.4	空间分辨率(X-Y 轴方 向)	≥14 lp/cm	15.4lp/cm	正偏离	GE 技术白皮书 第 14 页
5.11	采集工作站配置：一体 化超高端多功能全身扫 描 SPECT/CT 采集操作 工作站，一体化的采集 工作站可以同时采集 SPECT 及 CT。	提供	提供	无偏离	配置清单第 1.4 项
5.12	独立影像工作站配置： 原厂高级独立影像工作 站，可以同时完成 SPECT 及 CT 的后处理功 能，可在远离主机的房 间独立工作，不与主机 共享硬盘。	提供	提供	无偏离	配置清单第 19 项
5.13	SPECT/CT 处理软件包				
5.13. 1	心肌显像定量分析软件 系统	提供	提供	无偏离	配置清单第 42 项
5.13. 2	心肌血流灌注分析软件 包	提供	提供	无偏离	配置清单第 21 项
5.13. 3	心肌灌注高级相位分析 软件	提供	提供	无偏离	临床应用证明 材料 8, 第 21 页 心脏定量处理 软件

5.13.4	相位最晚靶区自动分析功能, 可实现 CRT 心脏再同步化治疗指导	提供 (附临床实际病例界面)	提供 (附临床实际病例界面)	无偏离	1. 配置清单第 49 项; 2. 临床应用证明材料 8.2, 第 24 页心脏再同步
5.13.5	肾脏灌注和功能分析软件包	提供	提供	无偏离	配置清单第 22 项
5.13.6	提供儿童, 单肾, 移植肾选项, 对不同类型患者进行肾动态采集和处理。	提供 (附临床实际病例界面)	提供 (附临床实际病例界面)	无偏离	配置清单第 22 项, 临床应用证明材料 7, 第 20 页个性化肾功能分析
5.13.7	全身骨骼 (或局部) 分析软件包	提供	提供	无偏离	配置清单第 23 项
5.13.8	肺通气和灌注分析软件包	提供	提供	无偏离	配置清单第 24 项
5.13.9	甲状腺摄取分数计算工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 25 项
5.13.10	甲状旁腺成像分析工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 26 项
5.13.11	胃排空指数分析工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 27 项
5.13.12	食道运动分析工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 28 项
5.13.13	胆囊排泄分数计算工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 29 项
5.13.14	脑血流节段分析软件包	提供	提供	无偏离	配置清单第 30 项
5.13.15	容积断层软件包	提供	提供	无偏离	配置清单第 59 项
5.13.16	SPECT 中 2 组 3 向断层图像对比分析	提供	提供	无偏离	配置清单第 19 项
5.13.17	AVI 电影模式或 JPEG 荧幕捕捉形式存储	提供	提供	无偏离	配置清单第 1.4 项
5.13.18	直接二维多平面重建工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 31 项
5.13.19	直接三维重建工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 31 项
5.13.20	CT 三维容积重建功能	提供	提供	无偏离	配置清单第 31 项
5.13.21	智能造影剂跟踪工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 32 项
5.13.22	CT 内窥镜功能	提供	提供	无偏离	配置清单第 33 项

5.13.23	CT 骨骼内固定支架透视技术	提供	提供	无偏离	配置清单第 34 项
5.13.24	CT 骨科畸形矫正评估	提供	提供	无偏离	配置清单第 35 项
5.13.25	CT 急症创伤快速诊断工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 36 项
5.13.26	CT 肝脏三期诊断模式	提供	提供	无偏离	配置清单第 37 项
5.13.27	CT 彩色透视解剖图谱	提供	提供	无偏离	配置清单第 38 项
5.13.28	CT 肺功能评估工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 39 项
5.13.29	CT 肝体积测量工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 40 项
5.13.30	CT 腹腔内脂肪测量工具	提供	提供	无偏离	配置清单第 41 项
5.14	原厂高清骨显像技术	提供原厂（西门子）xSPECT Bone 或（GE）Evolution for Bone 高清骨显像技术，其他厂家提供同等技术	提供原厂（GE）Evolution for Bone 高清骨显像技术	无偏离	1. GE 技术白皮书第 5 页；2. 临床应用证明材料 9，第 27 页；配置清单第 43 项
5.15	SPECT/CT 核素剂量计算及评估平台或同等技术第三方软件	提供	提供	无偏离	配置清单第 53 项；临床应用证明材料 1，第 2 页
5.15.1	获得最大可耐受剂量及最小有效剂量	提供	提供	无偏离	配置清单第 53 项；临床应用证明材料 1，第 2 页
5.15.2	治疗前预测肿瘤反应和器官受损情况	提供	提供	无偏离	配置清单第 53 项；临床应用证明材料 1，第 2 页
5.15.3	治疗阶段监控肿瘤反应和正常器官受损情况	提供	提供	无偏离	配置清单第 53 项；临床应用证明材料 1，第 2 页
5.16	提供原厂 SPECT/CT SUV 定量系统(包括软硬件)	提供（附厂家技术白皮书）	提供（附厂家技术白皮书）	无偏离	提供“NM Quantification”定量白皮书第 23 页
5.16.1	支持所有临床常见核素，包括 99m Tc, 131I	提供	提供	无偏离	配置清单第 57 项，临床应用证

	等				明材料实际病例，第9页
5.16.2	SUV 定量精度 $\geq 95\%$	提供	提供	无偏离	提供“NM quantification”定量白皮书最后一页，不同重建条件的测试下能达到95%以上
5.16.3	提供 Compare 选项，一键显示治疗前后 SUV 值变化百分比	提供(附临床实际病例界面)	提供(附临床实际病例界面)	无偏离	临床应用证明材料实际病例2，第10页
5.16.4	提供基于 CT 图像的全身骨、肺、肝、肾等器官的自动勾画功能	提供(附临床实际病例界面)	提供(附临床实际病例界面)	无偏离	临床应用证明材料第2页、第5页
5.16.5	自动计算% injected dose 摄取率比值	提供(附临床实际病例界面)	提供(附临床实际病例界面)	无偏离	临床应用证明材料2.3，第7页
5.17	R 波触发器	提供	提供	无偏离	GE 技术白皮书第7页
5.18	碳纤维头托	提供	提供	无偏离	配置清单第9项
6.	确保本项目 SPECT/CT 设备与医院现有 HIS 系统、PACS 系统及相关辅助设备实现数据互联互通，满足临床使用要求。接口开发、系统对接、联调测试等相关费用由中标供应商承担，均包含在投标报价中，采购人不另行支付任何费用。	提供	提供	无偏离	配置清单17项“医院影像网络连结系统”
7.	三方配套设施				
7.1	甲状腺功能测定仪1台	提供	提供	无偏离	
7.2	心肌负荷运动踏车1台	提供	提供	无偏离	
7.3	核医学影像信息管理系统及配套设备1套	提供	提供	无偏离	
7.4	AI 医学辅助诊断系统1套	提供	提供	无偏离	
7.5	平方式铅衣架1、整体 SUS304 不锈钢制作 2、三层平放式	2台	2台	无偏离	
7.6	铅胶防护用品1、规格：铅衣、铅帽、铅围脖、	3套	3套	无偏离	

	侧防铅眼镜 2、铅当量：0.5mmpb				
7.7	单通道微量注射泵	1 个	1 个	无偏离	
7.8	不锈钢担架车	1 个	1 个	无偏离	
7.9	控制室配套桌椅	提供	提供	无偏离	
7.10	50 升灭菌消毒高压锅	提供	提供	无偏离	
7.11	柜式空气消毒机（90 平方米）	提供	提供	无偏离	
7.12	120KVA UPS 电源	提供	提供	无偏离	

第二条、甲方采购要求：

- 1、设备的质量技术标准按国家标准和行业标准中的较高标准执行。
- 2、乙方保证向甲方提供的设备是原厂近一年内生产的完好原装全新产品，否则按退货处理。
- 3、设备在三个月内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的产品或退货。
- 4、设备免费保修期为壹年，乙方应按投标文件中说明的服务承诺做好免费保修等服务。
- 5、乙方售后提供保修、维修、保养、维护服务到达时间：接到设备故障通知后 24 小时内，到达设备存放地点进行服务，并确保设备的正常使用功能。
- 6、如乙方所供设备不按合同约定或质量不合格或不能使用，导致甲方损失，乙方应承担一切经济责任及法律责任，甲方也有权选择退货或拒绝支付货款。
- 7、乙方免费负责甲方操作人员的培训，直至能够熟练掌握。
- 8、设备在 24 小时内不能解决故障时，乙方应提供同等型号备用机让甲方免费使用、直到处理完毕设备故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在合同款和其他乙方应付的款项中扣除。
- 9、设备软件终身免费升级，并提供周期 ≤ 6 个月巡回服务，免费上门服务（含设备保养、及时升级更新软件、排除故障）。
- 10、甲方若发现其它采购单位使用的本设备本型号低于我院采购价，甲方有权取消支付乙方设备货款。
- 11、出厂设备不得设置升级和维修密码，或提供给甲方。
- 12、其他：合同价包含机房环评、预控评等机房设备投入使用所必需的条件，最终获得检测报告及相关证书，并能正常投入使用。

第三条、交货和验收

- 1、交货时间：合同签订后 30 日历天内供货、安装调试完成；

交付地点：平顶山市第二人民医院。

2、乙方负责设备的运送、商检、装卸、安装、看管、调试，拆箱时乙方代表、甲方代表在场；安装调试完毕出具安装报告；乙方负责派驻专业技术人员到现场操作培训、直至甲方操作人员能熟练操作为止；并帮助甲方搞好宣传工作；提供设备的中文使用操作手册、合格证、说明书、质检报告、设备配置清单等以及其它相关资料；设备验收合格前所产生的一切费用由乙方承担。

3、验收时间：乙方不少于3次临床跟台后，并提出验收申请。甲方验收合格，签署验收报告后按合同约定付款方式开始支付货款。

4、验收标准:

(1) 单证齐全：应有产品合格证明（或质检报告）、中文操作手册、发票和其它应具有的单证，如进口设备提供报关单，完税证明，检验检疫证，若进口设备到使用地进行商检的，供应商负责联系商检部门进行商检，并支付所有费用，证件不齐不予验收。

(2) 质量符合国家标准或行业标准、采购要求及本合同要求。

5、中标人所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、检疫、检测与之相关的所有费用均由中标人承担。

6、所有产品在交货验收合格后与之签署的验收报告时间为保修开始时间。

7、进口产品均需提供中英文对照说明，否则不予验收。

8、其他：_____ / _____

第四条、货款的结算

1、结算依据：医疗设备采购合同、乙方销售发票、甲方签署的验收报告。

2、付款方式：合同签订后，由甲方支付合同总金额的 50%作为预付款；全部安装调试验收合格并正常运行一个月后，由乙方凭合同、全额发票和验收报告申请付款，付至合同总货款的 95%，剩余 5%按财政部门支付管理定结算，如无规定的，在质保期满后结算。（注：上述付款方式的支付前提是财政资金到位后按上述付款方式支付）。

3、其他: _____ / _____

第五条、违约责任

1、乙方不能全部交货或逾期交货的，甲方不向乙方付款，同时乙方应向甲方偿付相当于合同总货款的 10% 作为违约金。延期交货超过 1 个月以上时，甲方有权终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。

2、其他： /

第六条、其他约定

1、乙方所交设备、质量、规格型号、数量、功能、技术参数、品牌等，如不按合同（采购要求）约定或不符合国家标准，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生的一切费用及责任。

2、其他：_____ / _____

第七条、不可抗力

1、甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明之后，允许延期履行、部分履行或/不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、其他：_____

第八条、争议的解决

1、因乙方提供的设备出现质量问题而发生争议的，由乙方提供国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心的检验报告，或者由国家权威部门认可的，有相关医疗器械质量检测资质的技术机构进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方应在甲方所在地仲裁委员会仲裁。

3、其他：_____ / _____

第九条、合同的组成：

- 1、招标文件（磋商文件、竞争性谈判文件）
- 2、投标文件（响应文件）、中标通知书（成交通知书）；
- 3、投标函及其附录；
- 4、最终报价（如有）
- 5、技术标准和要求；
- 6、其他合同文件。
- 7、其他：_____ / _____

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新和最后的签署时间为准；须经甲乙双方代表或授权代表签字或盖章。双方一致同意，当上述文件出现不一致的时候以有利于甲方的解释为准。

第十条、乙方售后服务承诺

本项目所投 GE 通用电气 NM/CT 870 DR 设备整体免费质保期限为壹年（1 年），自安装调试培训验收合格后算起。质保期计算清晰明确，不附加任何不合理前提条件，不设置任何免责规避条款，我方将严格按照本承诺期限足额履行全部质保义务。

在上述壹年免费质保期内，凡属于设备自身设计缺陷、生产工艺问题、原材料质量瑕疵、核心部件本身故障、原厂装配质量问题、设备自身性能不达标等非采购单位原因造成的一切故障、损坏、停机、性能衰减、功能异常等问题，我方均无条件、无推诿、无拖延履行全部免费质保责任，全程提供免费上门检修、免费故障排查检测、免费原厂技术调试、免费性能校准优化、免费更换原厂原装全新合格配件、免费系统恢复优化等全流程质保服务，不向甲方收取任何形式的费用，包括但不限于上门服务费、远程技术费、人工工时费、配件材料费、设备调试费、交通差旅费等所有相关费用，彻底免除甲方质保期内的使用后顾之忧。

本项目所投 NM/CT 870 DR 设备生产主体为北京通用电气华伦医疗设备有限公司，设备全国统一原厂售后服务、技术支持、备件供应、维修保障、培训指导等相关服务，均由通用电气医疗系统（上海）有限公司全权负责承接并落实。上述两家单位均隶属于 GE 医疗集团旗下全资关联子公司，属于同一集团体系内合法合规的分工协作主体，分别承担生产制造与售后保障职能，并非第三方无关机构，具备完整、正规、统一的原厂质保服务体系、专业技术团队、备件仓储资源及项目履约能力。我方作为本项目供货单位，将全程牵头对接、统筹协调、督促落实所有质保服务事项，确保原厂质保责任全面落地、快速响应、高效执行，杜绝出现责任脱节、服务缺位、推诿扯皮等情况。

质保期内接到甲方设备故障通知、运维需求或技术协助要求后，我方将严格执行全天候快速响应机制，无论工作日、节假日或夜间时段，均第一时间受理响应，第一时间开展技术研判，第一时间制定处置方案。对于一般性故障、软件类问题、操作类问题，立即通过电话、视频、远程协助等方式即时解决；对于需现场处置的硬件故障，迅速协调原厂专业技术工程师赶赴现场抢修，最大限度压缩设备故障停机时间，全力保障甲方放射科诊疗工作正常开展，重点保障急诊、危重患者检查等关键工作不受设备故障影响。

质保期内设备维修、更换、增补的所有零部件、耗材、软件模块等，均为 GE 原厂原装、全新合格、适配本设备型号的正品配件，完全符合原厂质量标准与设备运行要求，绝不以次充好，绝不使用假冒伪劣配件、翻新配件、拆机件、非原厂适配配件，确保设备维修后各项性能指标、运行稳定性、成像质量完全恢复至原厂出厂标准，不降低设备使用性能，不缩短设备使用寿命，不影响设备正常临床应用。

质保期内，我方将主动建立本项目设备专属运维服务档案，安排专人负责跟踪设备运行状态，定期开展售后回访、运行监测、隐患排查、预防性提醒等主动服务，提前防范设备故障风险，协助甲方规范设备日常使用与基础管护，变被动维修为主动保障，全面提升设备运行稳定性与使用安全性。

我方具备足额的经济实力、完善的服务体系和充分的履约能力，完全有能力独立承担本项目全部质保责任与合同义务。若我方未按本承诺书约定全面履行任何一项质保义务、服务承诺或责任条款，存在质保拖延、响应不力、维修不合格、配件不达标、虚假履约等违约情形，我方自愿无条件接受甲方依据招标文件、采购合同及相关法律法规作出的全部处理决定，包括但不限于取消质保资格、追究违约责任、赔付全部经济损失、纳入不良合作记录等，绝不提出任何异议，绝不推诿规避责任。

我公司为甲方提供无限次免费工时和派工，无限次现场维修，节假日及非工作时间提供紧急维修。响应时间：在接到正式通知后 2 小时内响应，24 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 48 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器设备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有经销商或者生产厂家承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。保修期内平均开机率 $\geq 95\%$ 。

①全国客户服务免费电话：400-812-8188

②郑州办事处地址及电话：河南省郑州市中原路 220 号裕达国际贸易中心 0371-63368000

第十一条、附则：

- 1、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。
- 2、本合同自签订之日起盖章后生效。
- 3、本合同签约地为平顶山市第二人民医院，双方完成各自的工作和义务后，合同即告终止。
- 4、其他：_____

甲 方：平顶山市第二人民医院

代表(或授权代表)签字：




乙 方：重庆一采通供应链管理有限公司

代表(或授权代表)签字：

售后服务电话：1762753907

账户名称：重庆一采通供应链管理有限公司

账号：3947 0180 8026 0171 8

开户行：中国光大银行重庆分行南坪支行

日 期：2026.7.2

日 期：2026.7.2

