

招标控制价

项目名称	设备规格	单位	数量	金额 (元)
汝阳县人民医院DSA球管采购项目	1. 提供球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准； 2. 靶材料：钨-铼聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片； 3. 焦点数量：≥3个； 4. 焦点尺寸：0.3, 0.6, 1.0；标称摄影阳极输入功率，86.9kW(大焦点) 47.3kW（中焦点） 16.0kW（小焦点）； 5. 最大阳极热容量≥2740kJ(3.7MHU)； 6. 球管最大过压限制≥138KV； 7. 相对于参考轴的靶角度11度15分； 9. 阳极旋转（阳极驱动频率）130Hz +0Hz/-10Hz（7800rpm+0rpm/-600rpm）； 10. 标称X射线管电压≥125kV； 11. 球管存储条件，温度：-40~70℃，湿度：5~95%；轻合金管套，内衬铅以减小辐射泄漏，装备压力感应开关和热敏安全开关； 12. 需提供球管中华人民共和国医疗器械注册证书；提供球管与整机的NMPA认证；提供球管的一个月之内的进口报关单；提供原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统；球管安装校验由原厂或原厂授权工程师完成（提供至少2份当年在职工程师认证复印件）	套	1	1209666.67

注：

- 1. 本项目控制价综合参考各地同类设备历史成交价格、市场行情，经合理测算确定。
- 2. 本控制价为总价包干口径，包含设备主机、标配附件、随机备品备件、运输、安装调试、培训、质保、增值税及完成本项目供货的全部相关费用，供货周期按采购文件要求执行（不含土建改造、强弱电及质保期外延保服务）。