

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	汝阳县人民医院
拟采购产品名称	DSA球管
拟采购产品金额	1209666.67 元
采购项目所属项目名称	汝阳县人民医院DSA球管采购项目
采购项目所属项目金额	1209666.67 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：经市场调研：国内现有国产DSA球管，仅适用于部分国产品牌DSA整机，无法适配GE品牌DSA设备的专属硬件接口与通讯协议，不存在可直接替换的国产同规格配套球管。本次采购不属于优先采购国产设备的情形。	
三、专家论证意见 经过对该项提供材料的审核，形成意见如下： 1. 本次采购的为使用GE品牌DSA整机配套原装球管，属于设备原厂配套备件，无国产产品可直接兼容替换。2. 采购原厂球管可保障设备运行合规，设备安全，介入手术图像质量更高。3. 本项目不属于国家限制进口产品范畴。本人同意该项目采购进口产品。	
专家签字 	
2026 年 9 月 29 日	

注：一人一表