

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李博	
	职称：工程师	
	工作单位：河南科技大学第一附属医院	
项目信息	项目名称：汝阳县人民医院 DSA 球管采购项目	
	项目预算金额：1209666.67 元	
	供应商名称：郑州迅飞医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由，应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 经核查，本项目拟采购的 DSA 球管是通用电气医疗系统有限公司(GE)生产的 2216500 型号，该设备与汝阳县人民医院现有 GE 品牌 IGS 530 型号的 DSA 配套使用。其通讯协议与接口属于厂家专有技术，其他品牌产品无法与现有主机匹配，保障设备能够发挥完全功能，导致影响临床诊疗工作。 因此，建议采用单一来源采购，以免影响整体性能。	
专业人员签字	李博	日期 2026 年 9 月 29 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。