

单一来源采购方式专家论证意见表

采购单位	商城县上石桥镇中心卫生院	
项目信息	项目名称	商城县上石桥镇中心卫生院医疗设备购置项目
	项目金额	27.80万元
	供应商名称	东软医疗系统股份有限公司
专家信息	姓名	刘阳
	职称	副主任医师
	工作单位	信阳市中医院
专家论证意见	<p>球管是CT设备的核心零部件,其更换必须与原硬件、软件有高度契合性,才能保证整体设备运行的稳定性相对闭环。因涉及原厂的知识产权保护,故本设备维持后期功能的版本升级等同步,而非原厂支持的产品满足不了以上需求不能保障设备的稳定运行。因此只能从原厂指定的项目唯一授权供应商采购合理产品,建议采取单一来源采购方式。</p>	
专家签字	刘阳	日期: 2026年5月13日

