

商丘市中医院新院区第二批超声类设备采购项目变更公告

根据招标人申请，现对商丘市中医院新院区第二批超声类设备采购项目（采购编号：商财采招-2026-45；招标编号：商政采（2026）232号）作如下变更：（该项目招标公告于2026年5月8日已发布于河南省政府采购网、商丘市政府采购网和商丘市公共资源交易中心网）。

一、原招标文件第4页：五、响应文件提交的截止时间及地点：

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间：2026年5月29日上午9时00分（北京时间）。

5.2 开标地点：商丘市公共资源交易中心二楼开标席位六（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）

5.4 投标文件解密开始和截止时间：2026年5月29日上午9时00分至2026年5月29日上午10时00分；供应商在规定时间内无法完成解密的投标文件视为无效。

现变更为：五、响应文件提交的截止时间及地点：

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间：2026年6月1日上午9时00分（北京时间）。

5.2 开标地点：商丘市公共资源交易中心二楼开标席位十一（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

5.4 投标文件解密开始和截止时间：2026年6月1日上午9时00分至2026年6月1日上午10时00分；供应商在规定时间内无法完成解密的投标文件视为无效。

二、原招标文件“第四章、采购需求”

第一标段中的：

★4	所投产品为最新型号旗舰版产品
----	----------------

第三标段中的：

▲3.3.8	心脏扫描深度≥30cm（把五角星改成三角有争议）
▲3.3.9	腹部探头扫描深度≥50cm（把五角星改成三角有争议）

现变更为招标文件“第四章、采购需求”

第一标段中的：

★4	所投产品为最新型号旗舰版产品。提供医疗器械注册证
----	--------------------------

第三标段中的：

▲3.3.8	心脏扫描深度≥30cm
--------	-------------

▲3.3.9	腹部探头扫描深度≥50cm
--------	---------------

本次变更不存在改变标的和资格条件方面的内容，以最新版本的固化文件为准其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。

商丘市中医院新院区第二批超声类设备采购项目采购编号：商财采招-2026-45 招标编号：商政采〔2026〕232号自“变更公告”将构成招标文件的一部分对所有单位均具有约束力。



2026年5月1日