

商丘市中医院新院区第三批影像放射类（2）设备采购项目结果公告

亿鑫工程咨询有限公司受商丘市中医院的委托,就商丘市中医院新院区第三批影像放射类（2）设备采购项目进行公开招标采购,现就本次招标的结果公告如下:

一、项目概况

- 1、项目名称: 商丘市中医院新院区第三批影像放射类（2）设备采购项目
- 2、招标编号: 商政采（2026）224号
- 3、项目编号: 商财采招-2026-44
- 4、资金来源: 财政资金
- 5、项目控制价: 1840.000000万元

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2026年05月11日在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》及《商丘市公共资源交易服务平台》上发布。

三、评审信息

- 1、评审时间: 2026年06月15日
- 2、评审地点: 商丘市公共资源交易中心评标室
- 3、评审委员会名单: 燕书琴（汝州），贺思芳（淮北），王先珍（淮北），王迪额（淮北），沈亚军（汝州），张海亮（业主代表），段国徽（业主代表）

四、评审结果

经商丘市中医院确认中标人如下:

中标人: 河南怡丰供应链管理有限公司

中标价: 15290000元 大写: 壹仟伍佰贰拾玖万元整

注册地址: 河南省郑州市中原区陇海西路639号昱峰产业园院内2号楼22E15室

五、主要中标标的

名称: 超高端CT

品牌: 西门子

规格型号: SOMATOM Drive

数量: 1套

单价: 15290000元

质保标准: 免费质保期和维保期5年

六、否决投标单位及原因

河南书菡医疗器械有限公司: 货物需求★1.5 探测器z轴覆盖宽度: $\geq 160\text{mm}$ 或双源 $\geq 60\text{mm}$,提供的证明材料不符合招标文件要求且没有在规定时间内澄清,未通过符合性评审。

河南丰泰医疗器械销售有限公司: 货物需求★2.2 能谱扫描速度 $\leq 0.5\text{s}$ 提供的证明材料不符合招标文件要求且没有在规定时间内澄清,未通过符合性评审。

七、投标单位得分情况

1、投标单位: 河南怡丰供应链管理有限公司; 主观因素评分: 19.29分; 客观因素评分: 44分; 投标报价算分: 28.84分; 最终得分: 92.13分

2、投标单位: 河南雪泓医疗科技有限公司; 主观因素评分: 18.14分; 客观因素评分: 40.5分; 投标报价算分: 29.6分; 最终得分: 88.24分

3、投标单位: 河南中至瑞医疗器械销售有限公司; 主观因素评分: 18.14分; 客观因素评分: 38分; 投标报价算分: 30分; 最终得分: 86.14分

4、投标单位: 河南九州通医疗服务有限公司; 主观因素评分: 17.57分; 客观因素评分: 39.75分; 投标报价算分: 27.58分; 最终得分: 84.9分



八、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件计取，由成交人支付。

收费金额：131450元；

九、公告期限：本项目结果公告期限为 1 个工作日。

十、质疑和投诉渠道

各有关当事人如对结果公告有异议的，可以在结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提交质疑函（加盖单位公章且法人代表签字）原件，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）及本人身份证件（原件）一并提交，并以质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若对回复不满意的，按有关规定向相关监督部门投诉。

十一、其他补充事宜

无

十二、联系方式

1. 采购人信息

名称：商丘市中医院

地址：商丘市梁园区团结东路38号

联系人：李先生

联系方式：0370-2631269

2. 采购代理机构信息

名称：亿鑫工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州*区(郑东)商鼎路华润新时代广场万象苑2号楼20层2011号

联系人：吴女士

联系方式：13403705287

3. 监督单位：商丘市财政局

地址：河南省商丘市城乡一体化示范区中州南路366号

联系电话：0370-2697567

