

### 第三标段

GE64 排 CT 球管	个	1
GE64 排 CT 高压油箱	个	2
GE64 排 CT 准直器控制版	个	1

具体参数及要求：

序号	设备名称	计量单位	数量	参数及要求
1	GE64 排 CT 球管	个	1	<p>1、提供投标型号球管的原版技术白皮书 ( DATA SHEET ) , 且以下应标参数均以此技术白皮书为准</p> <p>2、阳极热容量 : 5.0MJ</p> <p>3、管套热容量要求不小于 7.7MJ</p> <p>4、焦点数量 : <math>\geq</math>两个</p> <p>5、焦点尺寸 ( IEC 336/2005 ) : 小焦点<math>\leq</math> 0.9mm*0.7mm ; 大焦点<math>\geq</math>1.2mm*1.1mm</p> <p>6、焦点功率要求最大<math>\geq</math>72KW</p> <p>7、120KV 时最大毫安输出不低于 600mA</p> <p>8、管套出线窗口 FOV ( Field of View ) 尺寸 : 40mm</p> <p>9、支持 0.35 秒每圈的高速旋转</p> <p>*10、提供全新 7M 液态轴承球管 , 规格型号 : 2137130-17</p> <p>11、阳极靶面角度 : 7 度</p> <p>12、提供经年检有效的营业执照</p>

				13、提供球管与 CT 整机匹配的 SFDA 认证报告
2	GE64 排 CT 高压油 箱  hemit tank	个	1	<p>1、 备件号：2246223-7</p> <p>2、 中文名：旋阳油箱</p> <p>3、 绝缘：一次绕组与二次绕组之间 75 kV 绝缘</p> <p>4、 功能：</p> <p>1) 罐内有 3 台绝缘变压器，高压连接至单相定子封板接收来自旋转板的三相连接</p> <p>2) 密封罐体</p> <p>3) 将三相连接传输至变压器</p> <p>5、 联合球管，匹配机器使用</p>
3	GE64 排 CT 高压油 箱 HV TANK	个	1	<p>1、 备件号：2214527-4</p> <p>2、 中文名：高压油箱</p> <p>3、 最高允许温度：67 °C</p> <p>4、 输入：三相直流 400VDC ~ 800VDC</p> <p>5、 变频范围：40 kHz ~ 140 kHz</p> <p>6、 输出电压：80 kV ~ 140 kV</p> <p>7、 联合球管，匹配机器使用</p>
4	GE64 排 CT 准直器 控制版	个	1	<p>1、 备件号：5775035</p> <p>2、 中文名：准直器控制板</p> <p>3、 功能：</p> <p>1) 控制准直器，实现 0.625 mm ~ 10 mm 层厚控制</p> <p>2) 控制特殊部位散射线滤除功能</p> <p>4、 联合准直器，匹配球管和机器使用</p>