

第二标段

美国锐适关节镜刨刀手柄	个	1
美国锐适关节镜摄像手柄	个	1
美国锐适关节镜光纤	个	1

具体参数及要求：

序号	设备名称	计量单位	数量	参数及要求
1	美国锐适关节镜刨刀手柄	个	1	<p>1.工作方向：顺时针转、逆时针转、往复转。</p> <p>2.转速：刨削手柄顺时针和逆时针的最高转速应$\geq 7000\text{rpm}$，刨削手柄往复转的转速在 500-3000rpm 之间可调。</p> <p>3.扭力恒定系统：带有扭力恒定系统，在整个工作过程中，扭力始终保持恒定，扭矩$\leq 0.5\text{Nm}$。</p> <p>*4.吸引通道直径：吸引通道直径$\geq 4.1\text{mm}$。</p> <p>5.操控方法：支持多种操控方法，可任意通过脚踏、刨削手柄上的按钮或液晶触摸屏操控。</p> <p>6.吸引开关：手件带有可单手操作的吸引开关。</p> <p>7.刀头和打磨头：削刀头和打磨头均能提供可重复使用和一次性使用两种以供选择。</p> <p>8.消毒方式：刨削手柄和可重复使用的刨削刀头均可以预真空高温高压消毒。</p> <p>9.快速锁定卡口：刨削手柄带快速锁定卡口，刀头可快速安装锁定。</p> <p>10.消毒能力：内窥镜及配套基本器械都要可以预真空高温高压消毒，提高器械的周转率。</p> <p>11.提供产品接口及性能应与医院现有设备匹配、兼容 注：用于关节镜配件</p>
2	美国锐适关节镜摄像手柄	个	1	<p>1.图像长宽比：16:9。</p> <p>2.摄像头分辨率：1920*1080。</p> <p>3.自动对焦：具备自动对焦功能。</p> <p>4.手术模式：支持肩关节、膝关节、髌关节、踝关节等手术模式。</p> <p>*5.摄像头防水等级：IPX7。</p> <p>6.高温高压灭菌：支持高温高压灭菌。</p> <p>7.提供产品接口及性能应与医院现有设备匹配、兼容 注：用于关节镜配件</p>

3	美国锐适关节镜光纤	个	1	<p>1.输出接口：如 DVI 光纤输出口，可远距离传输高清信号。</p> <p>2.温度相关特性：一些光纤采用红外滤光技术，对光线照射进行优化处理，最大程度减少手术部位热灼伤。</p> <p>3.消毒特性：可高温高压消毒，以满足医疗设备严格的卫生要求。</p> <p>4.连接插头设计：主机上光纤插入接口为轮盘式接口设计，兼容全部主流品牌摄像机。</p> <p>5.直径规格：常见光导纤维直径≥ 5 毫米，也有产品兼容 2.0 - 6.5mm 直径的光纤。</p> <p>6.长度规格：光纤长度一般要求 $> 3.6m$，也有产品要求光纤长度$\geq 2.6m$ 或大于 3.5m。</p> <p>注：用于关节镜配件</p>
---	-----------	---	---	---