

新蔡县人民医院 16 排 CT 设备更新项目

更正公告



一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：新采招标-2026-28
- 2、原公告的采购项目名称：新蔡县人民医院 16 排 CT 设备更新项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 07 月 27 日、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》
- 4、原响应文件提交截止时间：2026 年 08 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项:1. 更正事项☐采购公告☒采购文件

采购文件

- 2、原文件获取时间:2026 年 07 月 28 日-2026 年 08 月 03 日(北京时间)
- 文件获取截止时间变更为:2026/08/03 18:00(北京时间)
- 3、原开标时间:2026 年 08 月 20 日 09 时 00 分(北京时间)
- 开标时间变更为:2026/08/20 09:00(北京时间)

4. 原采购信息内容

1	32 排 64 层
2	探测器覆盖宽度 $\geq 20\text{mm}$
3	机架孔径 $\Phi \geq 70\text{cm}$
★4	最快扫描速度/ 360° (s/ 360°) ≤ 0.5
★5	球管热容量(非等效) $\geq 5\text{MHU}$
6	球管最大管电压 $\geq 140\text{kV}$
7	扫描床承重量 $\geq 200\text{kg}$
8	扫描床水平最大可扫描范围 $\geq 160\text{cm}$
	扫描床水平移动最大范围 $\geq 175\text{cm}$

★9	
★10	扫描床垂直升降范围 $\geq 50\text{cm}$
11	最大螺距 ≥ 2
12	空间分辨率(X—Y平面) (0%MTF) (lp/cm) ≥ 17
13	低对比度分辨率 $\leq 4\text{mm} @ 0.3\%$

变更为

一	总体要求
1	满足医院要求，凡涉及设备安装及调试由中标人负责，按照医院要求提供交钥匙工程
2	投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表(datasheet)及产品彩页
★3	提供医疗器械注册证
4	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并负责做好相应设备的安装
5	满足安装场地要求
6	数量
7	设备使用寿命不小于 10 年
8	设备生产日期至交付时间，不超过 5 个月
9	合同签订后 30 日历天内
二	技术要求
1	32 排 64 层
2	探测器覆盖宽度 $\geq 20\text{mm}$
3	机架孔径 $\Phi \geq 70\text{cm}$
★4	最快扫描速度/ 360° (s/ 360°) ≤ 0.5
★5	球管热容量(非等效) $\geq 5\text{MHU}$
6	球管最大管电压 $\geq 140\text{kV}$
7	扫描床承重量 $\geq 200\text{kg}$
8	扫描床水平最大可扫描范围 $\geq 160\text{cm}$
★9	扫描床水平移动最大范围 $\geq 175\text{cm}$
★10	扫描床垂直升降范围 $\geq 50\text{cm}$
11	最大螺距 ≥ 2
12	空间分辨率(X—Y平面) (0%MTF) (lp/cm) ≥ 17
13	低对比度分辨率 $\leq 4\text{mm} @ 0.3\%$

三	售后服务
★1	整机质保期≥5 年，在质保期内由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作。
2	中标后，提供厂家保修承诺(原厂质保协议)。
3	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录。
4	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级。
5	一个月内非人为质量问题提供换货。质保期内设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案，24 小时内到达现场，驻马店区域有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。

4、更正日期:2026/07/30 18:00(北京时间)

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新蔡县人民医院

地址：新蔡县华星路与开元大道交叉口东南

联系人：马先生

联系方式：0396-2797388

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省冠南工程有限公司

地址：新蔡县关津乡政府东 100 米

联系人：万先生

联系方式：17703975209

3. 项目联系方式

项目联系人：马先生

联系方式：0396-2797388