

新蔡县人民医院流水线式全自动酶联免疫工作站项目



一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：新采招标2026-26
- 2、原公告的采购项目名称：新蔡县人民医院流水线式全自动酶联免疫工作站项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 07 月 27 日、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》
- 4、原投标提交截止时间（投标文件递交截止时间）：2026 年 08 月 19 日 9 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

- 1.更正事项☐采购公告☒采购文件
- 2、原文件获取时间：2026 年 07 月 28 日 - 2026 年 08 月 03 日（北京时间）
文件获取截止时间变更为：2026/08/03 18:00（北京时间）
- 3、原开标时间：2026 年 08 月 19 日 09 时 00 分（北京时间）
开标时间变更为：2026/08/19 09:00（北京时间）
- 4、原采购信息内容

第二章 招标需求

项目名称：新蔡县人民医院血自动酶免机采购项目

项目介绍：本项目具体采购清单如下：

序号	货物名称	数量	单位	备注
1	自动酶免机	1	台	/

一、技术需求

1	全自动完成 ELISA 实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验
2	机械臂=2，可独立工作也可同步工作，，需提供投标产品实物照片并加盖公章为证。

★3	≥8个加样通道，一次性加样针，气动置换加样原理，提供投标产品实物照片并加盖公章为证。									
4	加样针容量≥800ul，白色透明的一次性加样针，杜绝使用钢针，便于观察和监测，避免交叉污染。									
5	具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。									
6	加样范围：10-1000ul。									
7	<table><tr><td>加样量</td><td>精度（CV）</td><td>准确度</td></tr><tr><td>100ul</td><td>≤1%</td><td>±2.5%</td></tr><tr><td>1000ul</td><td>≤0.8%</td><td>±1%</td></tr></table>	加样量	精度（CV）	准确度	100ul	≤1%	±2.5%	1000ul	≤0.8%	±1%
加样量	精度（CV）	准确度								
100ul	≤1%	±2.5%								
1000ul	≤0.8%	±1%								
8	标本分配速度≤2分钟 试剂分配速度≤2分钟									
9	≥16个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥16块。									
10	通用试剂位≥21个，应能同时放置试剂≥21种。									
11	采用压力感应原理监测抓板，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。									
12	≥16个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温孵育，孵育时加盖密封。									
13	孵育温度范围室温—60℃，控温精度（温度偏差）±0.4℃。									
14	≥1个独立的洗板机									
15	96通道192针洗板头，可以实现分组控制注液，保障洗板高质高									
16	洗板位置≥3个									
17	洗板残留量≤2μl/孔									
18	内置1台酶标仪									

19	酶标仪标准检测波长配置为：405nm、450nm、492nm 和 630nm。
20	8 个测量通道。
21	具备标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。

变更为

第二章 招标需求

项目名称：新蔡县人民医院流水线式全自动酶联免疫工作站项目

项目介绍：本项目具体采购清单如下：

序号	货物名称	数量	单位	备注
1	自动酶免机	1	台	/

一、技术需求

一	总体要求
1	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程。
2	投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页。
★3	提供医疗器械注册证。
4	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并负责做好相应设备的安装。
5	满足安装场地要求。
6	数量。
7	设备使用寿命不小于 10 年。
8	设备生产日期至交付时间，不超过 5 个月。

9	设备交付时间：合同签订后 30 日历天内。									
二	技术要求									
1	全自动完成 ELISA 实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验									
2	机械臂≥2，可独立工作也可同步工作，，需提供投标产品实物照片并加盖公章为证。									
3	≥8 个加样通道，一次性加样针，气动置换加样原理，提供投标产品实物照片并加盖公章为证。									
4	加样针容量≥800ul，白色透明的一次性加样针，杜绝使用钢针，便于观察和监测，避免交叉污染。									
5	具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。									
6	加样范围：10-1000ul。									
7	<table><tr><td>加样量</td><td>精度（CV）</td><td>准确度</td></tr><tr><td>100ul</td><td>≤1%</td><td>±2.5%</td></tr><tr><td>1000ul</td><td>≤0.8%</td><td>±1%</td></tr></table>	加样量	精度（CV）	准确度	100ul	≤1%	±2.5%	1000ul	≤0.8%	±1%
加样量	精度（CV）	准确度								
100ul	≤1%	±2.5%								
1000ul	≤0.8%	±1%								
8	标本分配速度≤2 分钟 试剂分配速度≤2 分钟									
9	≥16 个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥16 块。									
10	通用试剂位≥21 个，应能同时放置试剂≥21 种。									
11	采用压力感应原理监测抓板，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。									
12	≥16 个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温孵育，孵育时加盖密封。									
13	孵育温度范围室温—60℃，控温精度（温度偏差）±0.4℃。									
14	≥1 个独立的洗板机									
15	96 通道 192 针洗板头，可以实现分组控制注液，保障洗板高质高									
16	洗板位置≥3 个									
17	洗板残留量≤2 μ l/孔									
18	内置 1 台酶标仪									
19	酶标仪标准检测波长配置为：405nm、450nm、492nm 和 630nm。									

20	8 个测量通道。
21	具备标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。
22	可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行
23	可在同一块微板上进行 ≥ 6 项目的检测。
24	可对同一批上机检测的标本，定义每个标本所检测的项目。
25	全中文操作软件，能在 Windows 7 及以上的操作系统运行。
26	操作软件能与实验室管理系统（Lis 系统）连接，可实现双向通讯。
27	完全开放试剂系统
28	电池保证机器停电后最少使用 ≥ 30 分钟
三	售后服务
1	整机质保期 ≥ 3 年，在质保期内由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作
2	中标后，提供厂家保修承诺（原厂质保协议）。
3	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录。
4	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级。
5	一个月内非人为质量问题提供换货。质保期内设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案，24 小时内到达现场，驻马店区域有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。

4、更正日期：2026 年 7 月 30 日 18:00（北京时间）

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新蔡县人民医院

地址：新蔡县华星路与开元大道交叉口东南

联系人：马先生

联系方式：0396-2797388

2. 采购代理机构信息(如有)

名称: 河南钰政工程管理有限公司

地址: 河南省驻马店市西平县滨河西路螺祖海棠园东门北侧 5 号

联系人: 张先生

联系方式: 15539696921

3. 项目联系方式

项目联系人: 马先生

联系方式: 0396-2797388