

政府采购专家论证意见表

代理机构：河南乾昂工程管理有限公司

采购项目名称	新乡市第二中学实验室建设项目		
采购人	新乡市第二中学		
采购项目预算	3324733.00 元		
专家论证意见： ① PH试纸、pH试纸、试带等低值易耗品，质保期不宜设置为三年。 ② P114 No.287 电子秤参数：量程修正为量程。 ③ P122 No.307 双量程光照度传感器，测量范围应为 (0~6000) lx 与 (0-60000) lx。 其他评审程序和评标办法未发现倾向性条款。 同意通过评审。			
论证专家签字		论证时间	2026 年 9 月 23 日

