招标文件和技术参数论证意见表

时间： 2026 年 11 月 9 日

采购单位	新乡市产品质量检验检测中心
项目名称	新乡市产品质量检验检测中心计量检验检测设备更新项目
项目简介	购置 0.05 级三相电能表检定装置（或校验装置）、超声功率计、验光仪标准装置设备、检衡车（含砝码）（详见第四部分 采购内容及具体要求）
专家论证意见： 1. 三相电能表标准时钟测试仪建议增加相对稳平均频率偏差. 2. 超声功率计要增加最大允许误差. 3. 检衡车（含砝码）产品名称要明确含砝码.	
专家签字	赵佳丽
备注	