

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	信阳市第五人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	34.0万元
采购项目所属项目名称	信阳市第五人民医院传染病防控综合能力提升项目（六包）
采购项目所属项目金额	34.0万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其它：	
原因阐述： 1、进口电子支气管镜具有高清画质，诊断更加准确，治疗更加便捷，诊治风险更容易控制； 2、进口电子支气管镜系统具有特殊光功能，够更好的帮助临床医生发现病变诊断病变，绝大部分国产支气管镜无此功能，且具有此功能的厂家，功能相对简单，染色效果不理想，无法满足临床需求； 3、进口电子支气管镜具有插入部旋转功能，可以更好的到达困难病灶，绝大部分国产支气管镜无此功能，且具有此功能的厂家，功能相对简单，无法满足临床需求； 4、目前科室具有进口主机系统，考虑设备的兼容性及稳定性，采购进口电子支气管镜能提高内镜周转率，减少成本，提高效益。且该设备不属于《中国政府禁止进口、限制进口产品目录》中规定的禁止进口或限制进口的产品。	
三、专家论证意见	
该院目前科室已有该设备的进口主机系统，考虑该设备的兼容性与稳定性，建议采购进口电子支气管镜，且能提高周转率，减少成本。且该进口设备不属于禁止进口或限制进口的产品。	
专家签字： 刘程程	2026年6月18日