政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	光山县人民医院
拟采购产品名称	奥林巴斯高清电子胃镜及高清电子肠镜
拟采购产品金额	2750000.00元
采购项目所属项目名称	光山县人民医院胃镜及肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	2750000.00元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取；	
□2. 无法以合理的商业条件获取的；	
□3. 为在中国境外使用而进行采购的；	
☑4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的：	
□5. 其他。	
原因阐述	光山县人民医院现有奥林巴斯胃肠镜主机系统，设备信号传输协议、硬件接口、NBI成像模块为原厂封闭专利，国产同类内镜无法与现有主机联动，核心诊断功能失效；若更换整套主机将造成大额国有资产闲置，境内国产产品无法满足配套使用实质需求，需采购原厂进口胃肠镜。
专家论证意见	现有国产胃肠镜无法与光山县人民医院奥林巴斯胃肠镜主机系统兼容，核心诊断功能缺失，达不到临床治疗工作要求，无有效国产替代方案。为保障医疗效率和安全性，结合兼顾盘活现有医疗设备资产不造成浪费，采购原厂进口胃肠镜合理、合规、符合政府采购进口产品管理的相关规定，可以采购原厂进口胃肠镜。 专家签字：袁婷婷 2026 年 6 月 30 日

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；
2.本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；
3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。