

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	光山县人民医院
拟采购产品名称	奥林巴斯高清电子胃镜及高清电子肠镜
拟采购产品金额	2750000.00元
采购项目所属项目名称	光山县人民医院胃镜及肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	2750000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的；	
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；	
<input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的；	
<input type="checkbox"/> 5. 其他。	
原因阐述	光山县人民医院现有奥林巴斯胃肠镜主机系统，设备信号传输协议、硬件接口、NBI 成像模块为原厂封闭专利，国产同类内镜无法与现有主机联动，核心诊断功能失效；若更换整套主机将造成大额国有资产闲置，境内国产产品无法满足配套使用实质需求，需采购原厂进口胃肠镜。
专家论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">光山县人民医院此次采购的拟为高清电子胃镜及高清电子肠镜。原已有奥林巴斯内镜主机，国产胃肠镜设备无法兼容光山县人民医院现有的奥林巴斯内镜主机，不存在等效国产替代产品。为保证医疗质量，充分利用现有主机，根据政府采购进口产品管理办法，建议采购进口奥林巴斯高清电子胃镜及高清电子肠镜。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：</p>
2026年6月30日	

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；
 2. 本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；
 3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。