政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	光山县人民医院
拟采购产品名称	奥林巴斯高清电子胃镜及高清电子肠镜
拟采购产品金额	2750000.00元
采购项目所属项目名称	光山县人民医院胃镜及肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	2750000.00元

二、申请理由

□1. 中国境内无法获取；

□2. 无法以合理的商业条件获取的；

□3. 为在中国境外使用而进行采购的；

☑4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的：

□5. 其他。

原因阐述	光山县人民医院现有奥林巴斯胃肠镜主机系统，设备信号传输协议、硬件接口、NBI 成像模块为原厂封闭专利，国产同类内镜无法与现有主机联动，核心诊断功能失效；若更换整套主机将造成大额国有资产闲置，境内国产产品无法满足配套使用实质需求，需采购原厂进口胃肠镜。
专家论证意见	拟采购设备“奥林巴斯高清电子胃镜及高清电子肠镜”，目前该高端精密内镜核心技术尚未完全国产替代，且该设备不在国家禁止、限制进口产品目录范围内。为保障临床诊疗质量，且与该院现有奥林巴斯胃肠镜主机系统相契合，避免更换整套主机造成资产闲置。提升消化道疾病的早诊早治能力，满足该院临床医疗业务及学科发展需求，同意并建议采购该进口产品。 专家签字：

2026 年 6月30日

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；
2.本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；
3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。