

### 主要标的信息（备用）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	许昌市中心医院10台大型设备维保项目	<p>整机全保要求</p> <p>（1）维保期内上述整机全保设备的全部部件维修，包含放射性探头晶体、球管、探测器、高压发生器、制冷系统、磁体、线圈、水冷机、精密空调、核磁共振机液氦量始终处于正常状态（液氦面不低于75%）、控制台工作站软硬件及图像后处理工作站等，一切费用由我方承担。</p> <p>（2）提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换。</p> <p>（3）所更换配件必须为全新备件。</p> <p>（4）每年≥4次定期保养维护，包含但不限于设备清洁、性能测试及校准等，并定期对设备数据进行备份。</p> <p>（5）必须提供365天×24小时不间断服务；报修后30分钟内电话响应，6小时内派专业维保工程师到达现场，更换的零备件不超过48小时到达医院。</p> <p>技术保要求</p> <p>（1）每年≥4次定期保养维护，包含但不限于设备清洁、性能测试及校准等，并定期对设备数据进行备份。</p> <p>（2）必须提供365天×24小时不间断服务；报修后必须在6小时内派专业维保工程师到达现场。</p> <p>（3）技术保设备如出现故障，由我方先进行更换备件，保证设备正常运行，再由院方设备管理部门走</p>	<p>维保范围内的设备完好率要求：我方保证维保设备每年（365天）开机率≥95%；开机率低于95%时，停机每超出一个日历天，维修服务合同期限自动延长两个日历天。</p> <p>巡检和定期维护要求</p> <p>（1）全套诊断软件工具，软件功能包括日常巡检记录、保养记录、维修记录、安全检查、影像图像质量检查和校准功能。</p> <p>（2）整机全保包含设备故障所需更换配件以及运输、人工、技术、检测校准等，技术维保提供全年无限次技术维保人员人工现场维保服务。</p> <p>（3）巡检：对维保范围的设备，每月完成100%覆盖率巡检一次，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决方案，并提交给院方设备管理部门备案。</p> <p>（4）定期维护和质控需出具保养和质控报告。</p> <p>（5）我方根据科室设备使用情况，在不影响医学诊疗工作的前提下，提供7*24小时的维保服务和巡检服务。</p> <p>备件支持</p> <p>及时为维修人员提供维保范围内医疗设备的配件；</p> <p>技术培训支持</p> <p>为采购人提供一年两次的技术培训支持。</p> <p>信息化管理要求</p> <p>我方须免费提供医疗设备管理软件给医院使用，并</p>	自合同生效之日起三年。	符合国家、行业现行规范标准，满足采购人使用需求

		<p>医院流程确定备件最终的供应商由最终供应商进行故障维修。</p>	<p>保证该软件的正常使用和升级。该系统能为用户提供本项目维保设备的维修、保养维护、巡查巡检等管理，并具备设备效益分析功能。</p> <p>质量保证：保修期内，保证以上设备的运行质量及图像质量达到检测标准，定期进行调校、校正。</p> <p><b>本采购清单中所列内容最低要求，需对上述内容进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。</b></p>		
--	--	------------------------------------	---	--	--

说明：

- 1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的，投标人承担相关责任。
- 2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人（并加盖公章）：上海柯渡医学科技股份有限公司