

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：长招采公字〔2026〕017号

项目名称：长葛市老城镇中心卫生院购置数字化多功能动态DR设备项目（不见面开标）

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	数字化多功能动态DR	品牌：安健科技 规格型号：DTP580B-1	<p>一、用途：本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及胃肠造影检查。</p> <p>二、设备主要技术参数</p> <p>1 动态数字探测器</p> <p>1.1 探测器类型：动态平板数字探测器（非晶硅整板非拼接）</p> <p>▲1.2 透视成像尺寸（非透视检查覆盖范围）： 17x17 英寸</p> <p>1.3 摄影成像尺寸：17x17 英寸</p> <p>★1.4 摄影静态像素： 3072*3072（943 万）</p> <p>★1.5 最大透视像素： 1536*1536（234 万）</p> <p>★1.6 在动态过程中点片矩阵：3072*3072</p> <p>★1.7 点片摄影准备时间：0.76s</p> <p>1.8 图像输出灰阶：16 位</p> <p>▲1.9 静态片空间分辨率：3.5LP/MM</p> <p>▲1.10 像素尺寸：140μm</p> <p>2 高压发生器</p> <p>2.1 最大输出功率：50kW</p> <p>2.2 摄影最大管电压： 150kV</p> <p>★2.3 脉冲透视最小管电流：0.5mA</p> <p>2.4 脉冲透视管电压： 120KV</p> <p>▲2.5 摄影管电流：650mA</p> <p>★2.6 电流时间积： 630mAs</p> <p>2.7 具有自动亮度控制功能</p> <p>3X 射线管组件</p>	台	1	965600	965600	厂家：深圳市安健科技股份有限公司 产地：广东省深圳市

			<p>3.1 焦点：小焦 0.6X0.6mm、大焦 1.2X1.2mm</p> <p>3.2 球管焦点功率：小焦点 20kW 大焦点 50kW</p> <p>3.3 最高输出电压：150KV</p> <p>3.4 球管热容量：300KHU</p> <p>4 机械运动结构</p> <p>4.1 旋转新型 UC 臂式或电动床式机型结构，非悬吊、双立柱机型</p> <p>★4.2 探测器中心距地距离最小距离：465mm</p> <p>▲4.3 SID 调节范围： 1000mm—1800mm</p> <p>★4.4 探测器旋转角度： -30° ~ 30°</p> <p>5 工作站硬件</p> <p>5.1 CPU 双核 Dual-Core2.5G, 2M 缓存, 内存 4GB, 通讯网卡 1000M 网卡</p> <p>5.2 CD/DVD 刻录：DVD 光驱, CD/DVD 刻录, 硬盘容量 500GB</p> <p>★5.3 显示器 24 英寸液晶显示器, 分辨率 1200*1024</p> <p>6 医生登记采集诊断工作站软件功能</p> <p>6.1 中文界面, 标准 DICOM3.0 图像</p> <p>6.2 病历报告：病人信息自动加载、专家模板</p> <p>6.3 具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM 锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具, 测量工具）</p> <p>6.4 支持全选功能, 让医生能同时对所有图像进行操作</p> <p>6.5 支持专家模板, 路径树形式, 方便调用、添加和修改</p> <p>6.6 可配备尘肺专用软件</p> <p>6.7 支持全身拼接功能</p> <p>6.9 具有透视频录制、保存、实时回放、任意段截取保存并发送 PACS 功能, 及时有效地保存数据</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			6.10 制造商应通过 IHE 测试认证, 保证软件质量 6.11 具备智能高效率自动增强功能, 保证影像效果的一致性、柔和性、空间层次感和纹理细腻度 7 其他要求 7.1 为了保证系统良好的匹配性和维护的便利性, 数字探测器、高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产, 提供证明文件 7.2 提供免费的软件技术升级服务 7.3 供货方免费提供机房设计及规划方案, 免费提供设备安装、设备调试及设备使用培训					
2								
--								
合计				大写: 玖拾陆万伍仟陆佰元整		小写: 965600 元		



供应商 (并加盖公章): 河南臻英医疗设备有限公司

日期: 2026年 6月 28日