



虞城县妇幼保健院医疗皮肤科设备采购项目第一标段(包)废标公告

一、项目概括

- 1、采购项目名称：虞城县妇幼保健院医疗皮肤科设备采购项目
- 2、交易项目编号：商政采（2026）357号；采购项目编号：虞财采招-2026-26号
- 3、项目预算金额：3230000.00元；最高控制价：3230000.00元
- 4、采购需求：

序号	设备名称	数量	规格	标准	服务要求	验收标准
1	强脉冲光治疗仪	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章
2	超声治疗仪	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章
3	多功能激光光电平台（舒敏治疗仪）	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章
4	注射器辅助推进装置（水光针机）	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章
5	皮肤镜影像系统（皮肤检测仪）	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章
6	高频电灼仪（私密治疗仪）	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章
7	公立医美数智化科室管理系统	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章
8	皮秒Nd:YAG激光治疗仪	1	套	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章	详见招标文件第五章

- 4.1 采购方式：公开招标。
- 4.2 交货期：自合同生效之日起30日历天；
- 4.3 质保期：2年
- 4.4 质量要求：合格，符合国家、行业相关标准；





验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准

4.5 资金来源：自筹资金

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2026 年 7 月 2 日在《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。

三、评审信息

1、评审时间：2026 年 06 月 25 日

2、评审地点：商丘市公共资源交易中心评标室

3、评审委员会名单：张红献(业主代表)、徐振华（濮阳）、杨雪飞（濮阳组长）、马志刚（安阳）、杨长虹（安阳）。

四、废标原因：

按照招标文件规定的评标方法和标准，评委会一致确定结果如下：所有竞标供应商所投竞标文件中提供的“皮秒 ND: YAG 激光治疗仪”产品不满足招标文件中要求的“★最大光斑直径 $\geq 10\text{mm}$ ”，均未通过符合性审查，故予以废标,重新开展采购活动。

五、质疑和投诉渠道：

各有关当事人如对该项目结果公告有异议的，可以在结果公告发布期满后 7 个工作日内，以书面形式同时向采购单位和代理机构提交质疑函（加盖单位公章且法人代表签字）原件，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）及本人身份证件（原件）一并提交，并以质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若回复不满意的，按有关规定向相关监督部门投诉。

六、其他补充事宜：无

七、联系方式

1、采购人：虞城县妇幼保健院

联系地址：河南省商丘市虞城县东郊路 21 号

联系人：张先生

联系电话：13037591856

2、代理机构：河南典正工程咨询有限公司

联系地址：郑州市金水区普庆路 6 号玖号公寓 1 号楼 4 单元 7 层 701 室

联系人：李女士

联系电话：15672837787

3、监督单位：虞城县财政局（政府采购管理办公室）

联系地址：河南省虞城县城关镇滨河路

联系电话：0370-3122832



河南典正工程咨询有限公司

2026 年 7 月 28 日