

### 附件 3 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	宫腔电切镜
拟采购产品金额	25万元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目（宫腔电切镜）
采购项目所属项目金额	25万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 2.1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： <p>1. 进口宫腔镜在高清成像、色彩还原、操控精度上显著领先，可实现宫腔内病变(如内膜息肉、黏膜下肌瘤、宫腔粘连)的精准定位、微创切除，尤其适合有生育需求患者，能减少热损伤与术后粘连风险，降低并发症发生率。同时可高效完成异常子宫出血排查、不孕不育宫腔评估、节育环嵌顿/残留取出等诊疗场景，覆盖全病种需求。</p> <p>2. 在医院现有的宫腔镜设备基础上新购置的直径18.5Fr的宫腔电切镜设备可以和医院现有设备的配件(包括电极)进行互用，对手术保驾护航。可以节约资源和经济成本。</p> <p>综上所述, 现申请采购进口产品。</p>	

三、 专家论证意见

附. 国产产品在色差、球差、畸变、色还原度等方面与进口产品存在一定差距, 不能满足特殊病人的精准治疗, 不能进行微手术, 宫腔粘连切除等手术。在不孕不育宫腔镜评估、节育环取出等方面进口产品也优于国产产品, 医院现有产品也为进口, 为方便配套, 同意采购进口产品

专家签字:



日期: 2026年 3月30日