


### 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	自动眼压计
拟采购产品金额	9万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心眼科Nd: YAG激光治疗仪等14种设备采购项目
采购项目所属项目金额	347.65万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：为了提高医院眼科诊疗水平，满足临床对青光眼筛查、诊断及随访的精准度要求，拟采购自动眼压计。经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在特殊患者测量准确性、成像质量、设备稳定性等方面，国产设备尚无法完全满足临床工作需要。进口设备在角膜厚度补偿功能、对人工晶体眼的适配性、全自动追踪技术及长期运行稳定性方面具有明显优势。因此，特申请采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">目前，国产产品在测量精度以及稳定性等方面与进口产品存在一定差距，不能满足特殊患者的筛查要求，同意采购进口产品。</p>	
专家签字：	
2026年 3月 19日	