

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	加温输注系统
拟采购产品金额	700000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心磁共振输注工作站等 11 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	5247600.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<b>原因阐述：</b> 进口加温输注系统在极高流速下的加温效率、温度控制精准度及稳定性方面技术更成熟，能确保大容量复苏或输血安全；具备多重冗余安全保护系统（防超温、实时监测），对血液成分损伤更小，安全认证更严格，设备长期运行更可靠；并且在快速急救、复杂手术及多种液体（全血、血小板等）加温方面，拥有更充分的验证和更优的兼容性。为确保危重患者救治的安全与时效，特申请采购进口设备。	
<b>三、论证专家意见：</b>  <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; padding: 10px;">             拟采购的加温输注系统，不属于国家禁止进口和限制进口的产品，采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定，同意采购进口产品。           </div>	
论证专家签字： <span style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">张平卫 (法律)</span>	
2026 年 1 月 15 日	