


政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 郑州市第二人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 视野计 |
| 拟采购产品金额 | ¥430000.00元 |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市第二人民医院医学装备采购项目（视野计） |
| 采购项目所属项目金额 | ¥430000.00元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述：国产视野计在配置、技术指标及性能方面相对不足。没有自定义模式，内置的检查程序、背景光等均没有经过权威机构认证，背景光的稳定性和准确性对于视野检查结果至关重要，未经认证的背景光可能导致结果偏差，可靠性偏低，无法满足临床诊断的需求。软件方面在算法、界面友好度、处理速度、控制功能等方面也存在不足。进口视野计可捕捉细微视野缺损特征，为复杂疾病的诊断提供量化依据，减少误诊率，保障患者获得针对性治疗 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>进口产品视野计程序 论证更大、程序精确、操作 之敏之提 可适应不同患者患者且进口产品在临床FDA认证后控制 软件国际公认、软件功能强大利于大夫精确诊断与检查、国内 尚无同类产品满足上述要求同意采购进口产品</p> | |
| 专家签字： |  |
| | 2026年4月15日 |