

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	视野计
拟采购产品金额	¥430000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目（视野计）
采购项目所属项目金额	¥430000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：国产视野计在配置、技术指标及性能方面相对不足。没有自定义模式，内置的检查程序、背景光等均没有经过权威机构认证，背景光的稳定性和准确性对于视野检查结果至关重要，未经认证的背景光可能导致结果偏差，可靠性偏低，无法满足临床诊断的需求。软件方面在算法、界面友好度、处理速度、控制功能等方面也存在不足。进口视野计可捕捉细微视野缺损特征，为复杂疾病的诊断提供量化依据，减少误诊率，保障患者获得针对性治疗	
三、专家论证意见	
<p>国产视野计背景光稳定性和准确性不如进口产品，会导致偏差较大，同时软件方面的处理速度较慢，不能捕捉细微视野缺损，无法为复杂疾病提供准确诊断，无法完全满足采购人的临床诊断的要求，同意采购进口产品</p>	
专家签字：	刘亚 2026年4月15日