

三、专家论证意见

纤维支气管镜主要用于气管内检查、吸引及气道内精准给药，对设备的成像分辨率、镜体柔韧性及耐用性、功能集成度和临床适配性要求较高。目前国产设备的分辨率与进口产品存在一定的差距，同时镜体柄外径和内径尺寸难以满足要求，灭菌后精确度下降，反复灭菌后性能衰减 $>5\%$ ，在某些技术要求和使用性能上不能完全满足采购人的要求，同意采购进口产品。

技术专家签字：

吴西

2026年1月22日