

三、专家论证意见

目前,纤维支气管镜,国产产品在弯曲度
韧性及进口产品存在一定差距,不能满足
儿童精细操作.在弯曲角度,视野角
图像清晰度与进口产品也存在差距
不能满足特殊病人的检查.临床
治疗的需要.同意采购进口产品.

技术专家签字:



2016年1月22日