

技术参数

产品名称	升温仪	数量	5
质量层次	接受进口产品		
设备配置要求及用途: 适用于医疗机构对低体温手术患者的复温、保暖			
具体技术参数:			
<p>技术参数:</p> <p>1.采用充气式加温方式</p> <p>2.运行温度</p> <p>2.1*运行温度\geq4 档</p> <p>2.2 低档: 32℃ (+/-1.5℃)</p> <p>2.3 中档: 38℃ (+/-1.5℃)</p> <p>2.4 高档: 43℃ (+/-1.5℃)</p> <p>3.风速:具备两档气流, 高速\geq45CFM, 低速\leq40CFM,</p> <p>4.*过滤器: 高效空气过滤系统, 空气过滤器\leq0.3 微米</p> <p>5.温度感应器\geq三个 (设备连接软管处一个, 出风口两个), 可进行连续监测系统温度</p> <p>6.*垫毯: 垫毯系列产品不会对医护人员的操作造成阻碍, 可提供适用于所有手术类型的毯子。有灭菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的灭菌手术。</p> <p>7.升温毯不含乳胶, 符合阻燃性要求国家标准, 材质柔软可透 X 射线。</p> <p>8.具备计时器, 准确记录使用时间并及时安排维护</p> <p>9.安全:</p> <p>9.1 过热测试: 使用检测包直接在前面板调节</p> <p>9.2 校准: 使用检测包直接在前面板调节</p> <p>9.3 安全系统: 图示及报警提示音功能。</p> <p>9.4*能监测并显示加温时间, 最高温度\leq56℃, 具备过热警示功能, 能提示错误代码, 可将这些信息在主面板上显示。</p>			

▲每套产品配置清单:

产品配置清单	数量
---------------	-----------

充气式动力升温仪主机	1套
软管	1套
数据线	1套
光盘	1个