

三、专家论证意见

目前. 国产床旁血滤机, 缺乏婴幼儿的
治疗功能. 在血泵流速控制. 监测精度.
温控精度. 抗凝功能与进口产品也存在
一定差距. 不能满足特殊病人的
治疗要求. 同意原则进口产品.

技术专家签字:



2026年1月22日