

三、专家论证意见

升温仪适用于对低温手术患者的复温与保暖,对设备的控温精度、多模式温控协同、设备长期运行温度稳定性要求较高。目前国产设备的控温精度 $\geq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$,不利于控制温度,同时与手术室麻醉机、监护仪等设备的兼容性不好,高温灭菌后故障率较高,在某些技术要求和使用的性能上不能完全满足采购人的要求,同意采购进口产品。

技术专家签字:

吴世

2026年1月22日