

三、专家论证意见

床旁血滤机器主要用于急性肾衰、慢性肾衰等疾病的治疗，对设备的清除精度、血流动力学控制和多模式治疗兼容性等要求较高。目前国产设备超滤率精度较高，与进口设备存在一定的差距，同时国产设备的治疗模式3-5种，与进口设备也存在一定的差距，儿童治疗的适配性弱，在某些技术要求和使用性能上也不能完全满足采购人的要求，同意采购进口产品。

技术专家签字：

吴五

2016年1月22日