

设备名称：电子大肠内窥镜	质量层次：进口
设备功能、用途及达到的要求： /	
设备配置及技术参数要求：	
1、视野角：	$\geq 140^{\circ}$
2、观察方向：	直视
3、视野深度：	2-100mm
4、弯曲角度：	向上 $\geq 210^{\circ}$ ，向下 $\geq 180^{\circ}$ ，向左 $\geq 160^{\circ}$ ，向右 $\geq 160^{\circ}$
5、先端硬性部径：	$\leq 10.5\text{mm}$
6、软性插入部径：	$\leq 11.6\text{ mm}$
7、钳道直径：	$\geq 3.2\text{mm}$
8、有效长度：	$\geq 1300\text{mm}$
9、PVE 接口可旋转 180° ，可延长导光管寿命，降低医师疲劳感	
10、注水注气双管道，不易堵塞	
11、能够与医院现有宾得内镜主机配套使用	
配置清单要求：	
1. 电子大肠内窥镜	数量：一套