政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	床旁血滤机
拟采购产品金额	500000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心高端荧光显微镜等 4 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	7150000.00 元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
☑3. 其他。	
原因阐述：本设备用于重症危重症患者连续性血液净化救治，需覆盖成人、儿童及低体重婴幼儿治疗，要求体外循环血量≤95ml，支持 CVVHDF 前后同时稀释、全模式枸橼酸抗凝、非侵入式无接触压力监测、一键切换治疗模式且无需暂停治疗、自动预冲与一键预设回血。经市场调研，国产床旁血滤机在低体重患儿小流量治疗精度、全模式枸橼酸抗凝兼容性、多泵联动稳定性、压力监测精准度、不间断模式切换等关键性能上无法达到临床救治要求；该设备不在进口限制目录内，特申请允许进口产品参与投标，同等条件下优先采购国产设备	
四、论证专家意见： 目前国产的床旁血滤机在压力精测精准度、低体重患儿小流量治疗精度等方面与进口产品存在一定的差距，要求体外循环血量≤95ml，国产设备无法完全满足采购要求，同意采购进口产品。	
论证专家签字：吴亚	2026 年 10月 26日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	床旁血滤机
拟采购产品金额	500000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心高端荧光显微镜等 4 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	7150000.00 元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
☑3. 其他。	
原因阐述：本设备用于重症危重症患者连续性血液净化救治，需覆盖成人、儿童及低体重婴幼儿治疗，要求体外循环血量≤95ml，支持 CVVHDF 前后同时稀释、全模式枸橼酸抗凝、非侵入式无接触压力监测、一键切换治疗模式且无需暂停治疗、自动预冲与一键预设回血。经市场调研，国产床旁血滤机在低体重患儿小流量治疗精度、全模式枸橼酸抗凝兼容性、多泵联动稳定性、压力监测精准度、不间断模式切换等关键性能上无法达到临床救治要求；该设备不在进口限制目录内，特申请允许进口产品参与投标，同等条件下优先采购国产设备	
四、论证专家意见： 床旁血滤机为固定设备机型，在血泵流速控制范围、控制精度、治疗控制范围和精度等方面有较大差别，难以满足临床救治要求，同意采购进口产品。	
论证专家签字： 2026 年 10 月 26 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	床旁血滤机
拟采购产品金额	500000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心高端荧光显微镜等 4 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	7150000.00 元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
☑3. 其他。	
原因阐述：本设备用于重症危重症患者连续性血液净化救治，需覆盖成人、儿童及低体重婴幼儿治疗，要求体外循环血量≤95ml，支持 CVVHDF 前后同时稀释、全模式枸橼酸抗凝、非侵入式无接触压力监测、一键切换治疗模式且无需暂停治疗、自动预冲与一键预设回血。经市场调研，国产床旁血滤机在低体重患儿小流量治疗精度、全模式枸橼酸抗凝兼容性、多泵联动稳定性、压力监测精准度、不间断模式切换等关键性能上无法达到临床救治要求；该设备不在进口限制目录内，特申请允许进口产品参与投标，同等条件下优先采购国产设备	
四、论证专家意见： 对于重症危重症患者进行血液净化救治，是急救患者的重要治疗措施之一，临床血液净化设备种类繁多，无论是治疗技术，无论是治疗设备都无能无力监测，能快捷的技术，无论是治疗设备都能快速有效的治疗患者，国产的设计相对简单，无论是在治疗手段方面还是治疗效果

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	床旁血滤机
拟采购产品金额	500000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心高端荧光显微镜等 4 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	7150000.00 元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
☑3. 其他。	
原因阐述：本设备用于重症危重症患者连续性血液净化救治，需覆盖成人、儿童及低体重婴幼儿治疗，要求体外循环血量≤95ml，支持 CVVHDF 前后同时稀释、全模式枸橼酸抗凝、非侵入式无接触压力监测、一键切换治疗模式且无需暂停治疗、自动预冲与一键预设回血。经市场调研，国产床旁血滤机在低体重患儿小流量治疗精度、全模式枸橼酸抗凝兼容性、多泵联动稳定性、压力监测精准度、不间断模式切换等关键性能上无法达到临床救治要求；该设备不在进口限制目录内，特申请允许进口产品参与投标，同等条件下优先采购国产设备	
四、论证专家意见：	
同意（国产血滤机在低体重患儿小流量治疗精度、全模式枸橼酸抗凝兼容性、多泵联动稳定性、压力监测精准度、不间断模式切换等关键性能上无法达到临床救治要求，为患儿治疗安全，同意采购进口设备。	
论证专家签字：	2026 年 10 月 26 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	床旁血滤机
拟采购产品金额	500000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心高端荧光显微镜等 4 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	7150000.00 元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
☑3. 其他。	
原因阐述：本设备用于重症危重症患者连续性血液净化救治，需覆盖成人、儿童及低体重婴幼儿治疗，要求体外循环血量≤95ml，支持 CVVHDF 前后同时稀释、全模式枸橼酸抗凝、非侵入式无接触压力监测、一键切换治疗模式且无需暂停治疗、自动预冲与一键预设回血。经市场调研，国产床旁血滤机在低体重患儿小流量治疗精度、全模式枸橼酸抗凝兼容性、多泵联动稳定性、压力监测精准度、不间断模式切换等关键性能上无法达到临床救治要求；该设备不在进口限制目录内，特申请允许进口产品参与投标，同等条件下优先采购国产设备	
四、论证专家意见： 拟进口设备不属于"中国禁止、限制进口产品目录"中禁止、限制进口产品，不违背国家法律、偏重性政策、强制性规定，论会投标专家一治论意见，符合国家进口相关法律政策规定，同意采购进口产品。	
论证专家签字： 2026 年 10 月 26 日	