周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：项城市第一人民医院重症监护工作站点采购项目

项目编号：项财磋商采购-2026-17

2026年3月25日

目　　录

第一章　竞争性磋商邀请函 3

第二章　供应商须知 6

第三章　采购项目内容及要求..... 27

第四章　响应性文件内容及格式.....36

第五章　 合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指引.....49

第一章　　竞争性磋商邀请函

项目概况

项城市第一人民医院重症监护工作站点采购项目的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网获取采购文件，并于2026年4月　日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：项财磋商采购-2026-17

项目名称：项城市第一人民医院重症监护工作站点采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：85.00万元

最高限价：85.00万元

包划分：1个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	项城市第一人民医院重症监护工作站点采购项目	85.00

采购需求：详见磋商文件“第三章 采购项目内容及要求”（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：双方签订合同后60日历天内完成交货及安装调试

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2024年度或2025年度企业经

审计的财务报表无亏损，没有处于财务被接管、冻结、破产状态；（新注册企业注册之日起计算）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年11月以来任意一个月的缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（格式自拟）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的供应商及法定代表人网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取采购文件

时间：2026 年 3 月 25 日至 2026 年 4 月 1 日（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件,具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 4 月 9 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn）。

五、开启

时间：2026 年 4 月 9 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：项城市第一人民医院

地址：项城市境内

项目联系人：张森

联系方式：18238969876

2.采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郭战伟

联系方式：0394=8106517、17839489001

3.监督单位：项城市财政局

联系方式：0394-4315676

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 3 月 25 日

第二章　　供应商须知

供应商须知前附表		
序号	条款	内　容
1	项目概况	1）项目名称：项城市第一人民医院重症监护工作站点采购项目 2）采购内容：详见第三章 采购需求 3）采购人：项城市第一人民医院 4）采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
2	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
3	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商须保证自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。
4	响应文件语言	中文
5	报价货币	人民币
6	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
7	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
8	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
9	响应文件封面要求	列明项目名称、采购编号、供应商名称、地址、联系人及联系方式等信息
10	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
11	响应文件装订和密封要求	无
12	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。
13	响应文件递交截止时间	2026 年 4 月　日 10 点 00 分（北京时间）
14	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

15	磋商时间	2026 年 3 月　日 10 点 00 分（北京时间）
16	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
17	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
18	签订合同	本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
19	投标保证金	本项目不需要交纳投标保证金
20	供货周期	双方签订合同后 60 日历天内完成交货及安装调试
21	付款方式	分期付款，设备货到安装验收合格后付 70%，验收合格半年后付款 20%，验收合格一年后付款 10%。
22	勘察现场	不组织
23	报价	一次报价
24	免费质保期	2 年
25	所属行业	软件和信息技术服务业

一、总则

1．适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2．定义

2.1“采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2“采购人”：项城市第一人民医院

2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“货物“：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.采购预算

3.1 本次采购预算：见公告。

4.合格的供应商

4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

4.6 采购人不统一组织勘察现场，供应商如须踏勘现场，请在获取竞争性磋商文件截止后的第一个工作日与采购人联系。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动。提供法定代表人签章的国家企业信用信息公示系统公告后网页查询扫描件并承诺。

5.竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。投标人须在投标文件中对此项做出承诺。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6．竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购项目内容及要求；

（4）响应性文件内容及格式；

（5）合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7.竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少 5 个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8.要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

9.响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10.响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11.响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。扫描件等证明材料标注与原件一致，竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

12.2 供应商应填写报价一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准且须在报价大写处加盖公章。小写与大写不符，以大写为准。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，成交的响应性文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或

逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14.响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须分别由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的签章是指签字和盖章，表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字,除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求,该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位 CA 证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：http://jyzx.zhoukou.gov.cn）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16.响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前,将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间,采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前,可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章及未加盖骑缝章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18.组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

19.资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；

（2）响应性文件的完整性；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具身份证上经其签字确认的有效身份证明的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件中营业执照扫描件未经法定代表人签字确认的；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

19.7.10 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.13 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬及供应商代表未提供劳动合同的；

19.7.14 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件
8	供货期	见招标文件		见投标文件
9	投标有效期	见招标文件		见投标文件
10	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
11	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
12				
13				
14	结论	是否通过审查		

20.响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21.竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容,对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容,对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容,对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中,竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分,竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 报价

21.5.1 一次报价，依据是供应商的投标函和开标记录。

六、评定标准

22.竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分（30 分）	报价（30 分）	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2022〕19 号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。	
技术部分（50 分）	技术参数（25 分）	1、技术参数完全满足采购方要求的得 25 分，参数不满足招标参数中加▲号的技术参数，每出现一项不满足要求的扣 2 分；不加▲号的技术参数，每出现一项不满足要求的扣 1 分，本项分扣完为止。 2、供应商在投标文件中《技术参数偏离表》 的是否偏离处填写“无偏离 ”或“ 正偏离 ”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“符合 ”的依据，此条款将按负偏离进行打分。 3、建议各供应商在投标文件中标注技术参数及其他所需提供证明材料的页码，以方便评标委员会评审。 4、证明材料包括但不限于产品说明书、技术白皮书、产品彩页、产品检测报告、截图证明等。	

	安装、调试方案（5 分）	提供针对本项目的安装、调试方案，内容包括但不限于系统安装调试、试运行测试、运行维护等的得 5 分，缺项或不提供不得分。
	质量保证措施(5 分）	提供针对本项目的质量保障方案，内容包括但不限于质量保障方案制定、质量保障制度制定、质量保障人员配备、质量保障设施设备配备等的得 5 分，缺项或不提供不得分。
	应急预案（5 分）	提供针对本项目的应急预案，内容包括但不限于应急预案实施范围、通报制度、故障处理措施等的得 5 分，缺项或不提供不得分。
	用户培训方案（5 分）	提供针对本项目的用户培训计划和方案，内容包括但不限于培训内容、培训形式、培训师资力量、课时安排、培训时间安排、考核方法、培训效果等得 5 分，缺项或不提供不得分。
	运维服务方案（5 分）	提供针对本项目的质保期后维护费及维护方案，内容包括但不限于系统及软件的运行操作与维护服务管理方案、服务总则、服务方式、服务内容、服务团队等的得 5 分，缺项或不提供不得分。
商务部分（20 分）	企业实力（10 分）	1.投标人或所投产品制造商获得质量管理体系认证证书（2 分）、信息安全管理体系认证证书（2 分）、CMMI 五级认证证书（2 分）（提供证明材料原件扫描件或复印件加盖投标人公章，不提供不得分）（6 分） 2.企业业绩：提供 2023 年 1 月 1 日以来所投产品厂家或代理商类似合同，每提供一份合同得 1 分，满分 3 分。（响应文件中须提供合同复印件，不提供或提供不完整不得分） 3.软件集成能力与其他信息系统对接能力证明：提供所投产品相关著作权证书得 1 分，提供证书的扫描件或复印件，盖供应商公章，否则不得分。
	售后服务方案（5 分）	提供针对本项目的售后服务质量保证和方案（包括但不限于售后服务的内容、形式、维护时间、售后服务人员配备、联系方式、备品备件、解决质量或操作问题的响应时间、解决方案、应急方案等）得 5 分，缺项或不提供不得分。
	有利于采购人的其他承诺（3 分）	质保期内、质保期外的其他有利于采购人的实际承诺，每提供一项得 1 分；本项最高得 3 分；未提供不得分。
	季度巡检承诺（2 分）	1、建立定期（或不定期）回访及巡查制度得 1 分，没有不得分。 2、每季度对医院重症监护管理系统进行不少于一次检查和故障排除不得分，每增加一次得 0.5 分，本项最高的 1 分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。供应商应在响应文件中保证不在任何阶段干扰项目工作。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23.竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24.成交通知

24.1 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25.签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、

与响应文件内容一致的廉政保证书、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

九、质疑处理

26.质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章　采购项目内容及要求

1.本项目采购内容：

重症监护工作站点技术服务参数

整体技术要求		
1	软件须采用 B/S 架构，支持快速部署和未来功能扩展	
2	软件产品成熟稳定，具有自主知识产权，功能模块齐全，符合应用规范，满足业务需求。（提供危急重症系统软件著作权证书原件扫描件）	
3	软件系统的数据库，采用业界主流大型数据库。	
4	系统与我院相关设备接口通畅，获取设备的各项实时数据完 整、连续，系统配套设备操作实用简便、故障率低。	
5	必须保证系统中的数据安全，保证系统中的数据不被非法阅 读、篡改，确保非法用户不能进入本系统。	
6	系统应每周一次的全库备份，保障大规模的数据风险控制在 一定范围内。	
7	系统支持或有合理的技术方案支持历史数据的充分、有效 利用，支持医院开展有关历史数据查证、科研、数据分析等业务。	
具体功能技术要求		
分类	模块	功能
1. 床位管理	1.1. 待入科患者管理	1.1.1. 可自动或手动同步 HIS 系统的待入科患者信息，根据来源科室分组显示
		1.1.2. 可通过“绿色通道”、扫码等快捷方式手动入科
		1.1.3. 可补充或修改患者各项信息，例如责任护士、护理等级、护理模板、监护设备、注意事项、入科标准审查等
		1.1.4. 可变更待入科患者的待入科室
		1.1.5. 可删除待入科患者，删除后可在回收箱恢复
	1.2. 科室床位管理	1.2.1. 以床位卡片形式展示当前科室所有床位使用情况及在科患者信息
		1.2.2. 床位卡片显示床号、患者虚拟头像、姓名、住院号、性别、年龄、在科天数、主治医生、责任护士、诊断等基本信息，以床号颜色区分患者病情分级，以患者虚拟头像区分患者性别和年龄段
		1.2.3. 床位卡片以标签形式展示患者是否有过敏史、当前管道数量、危急值数量、注意事项数量等重要诊疗信息
		1.2.4. 支持查看和修改患者详情，可撤销入科、患者出科、更换床位
		1.2.5. 支持查看患者流转时间线，包括入科、换床、转科、出科等历史信息
		1.2.6. 支持床位预约
2. 科室管理	2.1. 科室概览	2.1.1. ▲支持报表设计器定制科室概览仪表盘，以图表形式展示科室在科人数、入科人数、出科人数热度图、在科患者在科天数分布、入科患者人数及来源、出科患

		者去向分布、患者文书提交情况、患者年龄分布、患者注意事项统计、患者病情分级分布、床位使用情况、APACHE II 评分分布、科室护理工作量，可快速查看历史上任一天的科室统计数据，，统计数据支持追溯明细，支持根据客户需求增减统计指标、调整排版及样式
	2.2. 护理交班	2.2.1. 定制化护理交班明细页面，可填写交班内容、交班提醒、管道状态等信息
		2.2.2. 支持自动提取患者信息，例如置管信息、皮肤情况、医嘱执行情况等
		2.2.3. 支持交班提醒，接班护士登录时弹出提醒
		2.2.4. 支持查看患者的交班历史数据
	2.3. 质控管理	2.3.1. 支持按月管理上报数据，支持根据质控字典规则自动统计质控数据，支持手动填写，自动统计数据支持追溯，支持导出为 Excel 表格
		2.3.2. 支持定制质控指标及统计规则
		2.3.3. 系统预置 ICU 质控 2024 年 19 项标准质控统计指标，具体如下： 1. ICU 床位使用率； 2. ICU 医师床位比； 3. ICU 护士床位比； 4. 急性生理与慢性健康评分（APACHE II 评分）≥15 分患者收治率； 5. 感染性休克 3h / 6h 集束化治疗（bundle）完成率； 6. ICU 抗菌药物治疗前病原学送检率； 7. ICU 深静脉血栓（DVT）预防率； 8. 中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者俯卧位通气实施率； 9. ICU 镇痛评估率； 10. ICU 镇静评估率； 11. ICU 患者标化病死指数； 12. ICU 非气管插管拔管率； 13. ICU 气管插管拔管后 48h 内再插管率； 14. 非计划转入 ICU 率； 15. 转出 ICU 后 48h 内重返率； 16. ICU 呼吸机相关肺炎（VAP）发病率； 17. ICU 血管导管相关血流感染（CRBSI）发病率 18. ICU 急性脑损伤患者意识评估率；； 19. 48h 内肠内营养（EN）启动率。

	2.4. 病案管理	2.4.1. ▲支持统一查看科室所有在科和已出科患者的文书，包括文书内容、创建人、创建时间、提交状态、提交时间、打印次数等
		2.4.2. 可根据科室要求配置需要质控的文书和质控项目，例如创建后多少小时内需要提交；系统自动校验需要质控的文书是否缺项、是否超时未提交等，同时支持人工标注质控标签，质控结果向文书创建人提醒，方便护士长等质控人员对文书内容执行质控
	2.5. 诊治流程	2.5.1. 预置 32 种 ICU 患者常见症状的治疗流程临床路径，以诊疗流程的流程图形式展示该路径必须措施及诊疗提示，辅助医生掌握治疗流程
3. 系统设置	3.1. 机构人员	3.1.1. 可与 HIS 同步或手工维护，支持维护科室、床位、各科室人员、人员基本信息、账户角色、账户可登录科室，支持锁定账户、设置账户到期时间等
		3.1.2. 支持数据库视图、Web Service、HL7 推送等多种同步方式，支持增量同步
	3.2. 角色权限	3.2.1. 可维护系统内角色及角色权限，包括角色可访问的页面和可执行的操作
	3.3. 平台配置	3.3.1. 可维护系统各项配置，例如自动锁屏时间、自动退出时间、登录方式、账户锁定前允许的密码错误次数等
		3.3.2. 可维护各科室的监护仪、呼吸机等设备，支持维护设备的基本信息、固定床位、采集项目、采集频率等参数
		3.3.3. 可维护系统动态班次，实现班次变更的无缝切换
	3.4. 系统字典	3.4.1. 可与 HIS 同步或手工维护各类常用字典，包括药品、耗材、诊断、质控指标、监测项目、用药途径、科室护理模板、管道类型、预置管道、皮肤类型、预置皮肤部位、科室质控文书、文书质控标签等字典
		3.4.2. 支持数据库视图、WebService、HL7 推送等多种同步方式，支持增量同步
	3.5. 活动记录	3.5.1. 可查看系统主要业务操作日志和系统登录日志
4. 统计分析	4.1. 患者查询	4.1.1. 查询各科室患者情况，支持多种查询条件组合：ICU 科室、来源科室、姓名、住院号、责任护士、在科状态、入科时间、出科时间等
		4.1.2. 支持统计各 ICU 科室每月、季度、半年、年度入科患者数量
		4.1.3. 支持统计患者费用平均值、在科患者在科天数平均值
		4.1.4. 支持统计 ApacheII 各分段在科患者人数
	4.2. 业务查询	4.2.1. 查询各类业务操作记录，包括医嘱执行、护理记录、管道记录、患者评分等
	4.3. 质控统计	4.3.1. 以图表形式展示各质控指标的月度和年度变化趋势，以表格形式展示月度、季度、年度指标数据，支持追溯
		4.3.2. 支持以全院、科室、患者等多个维度展示质控统计数

		据及变化趋势
	4.4. 工作量统计	4.4.1. 查询护士每月每日的工作量统计情况
	4.5. 定制报表	4.5.1. ▲支持报表设计器快速定制各类报表
5. 患者管理	5.1. 患者概览	5.1.1. 支持报表设计器定制患者概览仪表盘。支持以平面或3D 人体图展示患者管道情况、皮肤情况，以数据卡片形式展示患者 24 小时生命体征趋势、实时监护数据、主要评分最新数据、24 小时出入量变化情况、24 小时医嘱执行记录、24 小时检验结果等医护关注的数据，并支持显示内容和显示样式快速定制
	5.2. 患者出科	5.2.1. 支持填写患者出科时间、死亡时间、出科去向、出科记录等信息
		5.2.2. 支持患者出科前校验审查，包括出科条件、未撤管道、未提交文书等
	5.3. 数据采集	5.3.1. 可自动采集监护仪、呼吸机、血气分析仪等设备数据，包括波形数据
		5.3.2. 支持自定义数据采集项目和采集间隔
		5.3.3. 支持采集数据异常提醒，可定制报警规则
		5.3.4. 支持手动新增、修改、删除、还原监护数据
		5.3.5. 支持根据采集数据自动绘制趋势图，可自定义图例、颜色等绘图配置
		5.3.6. 支持异常值自动提醒值班医生
	5.4. 医嘱执行	5.4.1. 支持自动同步 HIS 系统的医嘱信息，支持新医嘱声光提醒功能
		5.4.2. 支持自动添加计划执行信息，根据医嘱频次和系统频次字典设置的频次执行时间点，自动在执行界面添加执行计划，到期提醒用户
		5.4.3. ▲全图形化操作界面。在连续的时间轴画布上全面展示患者 24 小时或某一班次时间段内所有医嘱执行信息，支持医嘱分类展示，可在图形界面的任意时间点执行各类操作，例如开始、暂停、完成、删除、调速、快推，各类操作以不同图例展示在执行线段上，支持实时显示医嘱总剂量、已执行剂量、各调速段执行剂量、执行进度、预计完成时间等信息
		5.4.4. 支持医嘱执行数据自动统计为各小时入量
		5.4.5. 支持医嘱执行界面只读展示，同一患者同一时间仅支持一名登录用户操作，避免同时操作引发数据错误
		5.4.6. 支持拖拽、框选、批量删除等便捷操作
		5.4.7. 支持药速和液速自动换算，调速后自动计算预计完成时间，亦可根据完成时间反算液速
		5.4.8. 支持对接输液泵，同步输液泵开始、暂停、调速等操作，支持 PDA 扫码执行
		5.4.9. 支持各类医嘱提醒，例如超期未执行提醒、即将完成提醒、实际执行剂量与医嘱剂量不符提醒

		5.4.10. 支持通过医嘱内容、开嘱时间、执行状态、医嘱类型、用药途径等条件检索医嘱
		5.4.11. 支持医嘱提取后自动计算当日预计入量
		5.4.12. ▲支持一键进入抢救模式，可快捷调整采集频率、快捷录入医嘱，可根据医嘱药品规格自动换算固体剂量和液体剂量
	5.5. 护理记录	5.5.1. 全图形化操作界面。在连续的时间轴画布上全面展示患者 24 小时或某一班次时间段内所有护理记录数据，可在图形界面的任意时间点新增、修改、删除护理操作记录，支持自定义科室护理记录模板
		5.5.2. 支持拖拽、框选、批量新增、批量删除等便捷操作
		5.5.3. 支持护理计划，根据任务日历自动添加计划执行的护理项目，按超期未执行、超期已执行、已执行分类显示，超期护理计划向执行人提醒
		5.5.4. 支持护理项目数据结构化录入，可自定义护理项目数据类型和有效值
		5.5.5. 自动同步其他模块数据，例如管道引流数据自动计入出量项目、评分数据自动计入评分项目
	5.6. 管道记录	5.6.1. ▲支持平面或 3D 人体图和列表形式展示患者当前所有管道信息，例如名称、规格型号、置管部位、置管时间、置管人、置管期限、置管深度、外露长度、皮肤情况、是否计划外、是否科外带入、撤管时间、撤管人等
		5.6.2. 支持置管、调整、换管、引流、撤管等操作，引流操作可记录引流量、性状、颜色、是否回血等信息
		5.6.3. 支持通过管道时间线查看管道历史上各项操作信息
		5.6.4. 支持超期管道自动提醒
	5.7. 检验检查	5.7.1. 支持同步 LIS 等第三方系统或血气机等设备的检验检查数据，支持通过检验类型、检验时间、科室等条件检索，危急值特殊标注，各单项指标展示正常、偏高、偏低及历史趋势
	5.8. 特护单	5.8.1. 定制化特护单格式，自动填写内容
		5.8.2. 支持提交归档、打印、批量打印
	5.9. 体温单	5.9.1. 定制化体温单格式，自动填写内容，支持提交归档、打印、批量打印
		5.9.2. 支持对接三方系统，护理数据自动同步至 HIS 等全院系统的体温单，无需护士频繁手动填写
	5.10. 患者文书	5.10.1. 可管理患者在科期间各类医疗护理文书，支持查询、编辑、提交、审核、打印等功能
		5.10.2. 支持文书科室模板和个人模板
		5.10.3. 结构化电子病历，支持患者各类数据自动填写，支持下拉框录入、电子签名集成等功能
		5.10.4. ▲支持电子病历编辑器快速定制各类文书

		5.10.5. 预置十余种常用文书，具体如下： 1. 俯卧位通气治疗记录单 2. 床头卡 3. 普通病区患者转移交接与身份识别记录单 4. 手术患者转移交接身份识别记录单 5. 约束带应用告知书 6. 压力性损伤护理记录单 7. 输血护理记录单 8. 重症医学科住院患者须知 9. 重症医学科坠床风险评估单 10. 入院患者护理评估单 11. VTE 风险评估表（padua）及预防措施 12. 误吸危险因素评估表 13. 危重患者护理计划单 14. 保护性约束评估记录单 15. 住院患者自理能力评估单 16. 压力性损伤危险因素 Braden 量表评估单 17. 重症医学科 CRRT 记录单 18. 洼田饮水实验
	5.11.患者评分	5.11.1. 支持数十种常用患者评分及量表，可查看当前患者各评分最新结果、最新评分时间，系统预置评分如下： 1. Apache II - 急性生理学及慢性健康状况评分 II 2. TISS28 - 治疗干预评分 3. Braden - 压疮危险因子评分 4. SAPSⅡ - 简化急性生理评分Ⅱ 5. 坠床危险因子评分 6. Well’s Criteria for DVT - 深静脉栓塞风险预测 7. Lutz - 麻醉危险性评估 8. POSSUM - 手术风险度评估 9. Goldman - 心脏危险指数评估 10. EuroScore - 欧洲心血管手术危险因素评估 11. HASBLAD - 非心脏外科围手术期心血管事件风险预测评估 12. HASBLED - 房颤抗凝与出血风险评估 13. LEES - 非心脏手术术前心脏风险指数 14. Murray - 急性肺部损伤评估 15. CPIS - 临床肺部感染评估 16. ARDS - 急性呼吸窘迫综合征评估 17. Pugh - 成人肝功能不全评估 18. ChildPugh - 儿童肝功能不全评估 19. AAST - 肝损伤分级 20. Renal - 肾功能不全评估

		21. RIFLE - 急性肾损伤（AKI）2002 标准评估 22. AKIN - 急性肾损伤（AKI）2005 标准评估 23. KDIGO - 急性肾损伤（AKI）2021 标准评估 24. 谵妄评估 25. 疼痛评估 26. 卒中评估 27. 镇静评估 28. 其他评估 29. MODS - 多器官功能障碍综合征诊断标准评估 30. ODIN - 器官功能障碍伴或不伴感染评估 31. LODS - Logistic 脏器功能不全评估 32. SOFA - 序贯性器官功能衰竭评估 33. SSS - 脓毒症严重程度评估 34. HEWS - 脓毒症早期预警评估 35. SIRS - 全身炎症反应综合征标准评估 36. OBESE - 面罩通气困难评估 37. DIFFMASK - 面罩通气困难预测评估 38. Willson - 插管困难预测评估 39. LEMON - 插管困难评估 40. FDI - 牙齿情况评估 41. MNA - 简易营养评估量表 42. NRI - 营养危险指数评估 43. NSR2002 - 营养风险筛查表评分简表评估 44. Apfel - 成人 PONV 简易风险量表评估 45. ARISCAT - 手术后肺部并发症风险评估 46. SPORC2 - 术后呼吸道并发症需要早期气管重新插管需求预测评估 47. MayoPCI - PCI 并发症风险评估 48. LASVEGAS - 手术后肺部并发症风险预测模型评估 49. RETREAT - 肝癌术后肝移植后复发风险评估 50. CANLPH - 肾癌术后临床结局预测评估 51. SAT - 疼痛评估 52. PAT - 疼痛评估 53. IAD - 失禁性皮炎 54. VTE 评分 55. Norton 评分
		5.11.2. 支持查看各项评分变化趋势图，支持根据用户需求定制评分打印样式
		5.11.3. 具备 APACHE Ⅱ 自动评分：具备从医嘱、检验报告、检查报告等数据中，自动获取时间段内年龄、体温、MAP、HR、RR、FiO2、PH、Na+、K+、 Cr、HCT、WBC、GCS 评分的极值， 自动生成 APACHE Ⅱ评分；具备自动评估患者慢性健康评分

		5.11.4. 具备 SOFA 自动评分：具备从医嘱、检验报告、检查报告等数据中，自动获取时间段内肌酐、尿量、胆红素、血小板、GCS 评分、氧合指数、 FiO2 和 PaO2、舒张压、收缩压、MAP 的极值，自动生成 SOFA 评分；支持血压折线图上同时展示升压药使用情况，自动换算升压药使用剂量
		5.11.5. 具备 qSOFA 自动评分：具备从医嘱、检验报告、检查报告等数据中，自动获取时间段内收缩压、呼吸频率、GCS 评分的极值，自动生成 qSOFA 评分
		5.11.6. 具备 CPIS 自动评分：具备从医嘱、检验报告、检查报告等数据中，自动获取时间段内氧合指数、PaO2、ARDS、FiO2、体温、白细胞的极值， 同时自动识别影像报告炎症信息及进展情况、痰液性状，自动生成 CPIS 评分
		5.11.7. 具备 DIC 自动评分并诊断（ISTH 标准，总分≥5 诊断为 DIC）：具备自动获取 血小板计数、PT 延长值、纤维蛋白原，D 二聚体，自动生成 ISTH-DIC 评分
		5.11.8. 具备 SIC 自动评分并诊断（中国 SIC 评分系统，总分≥4 诊断为 SIC）：具备自动获取 SOFA 评分、血小板计数、PT-INR，自动生成中国-SIC 评分
		5.11.9. 具备危重症营养风险（NUTRIC） 自动评分：具备自动获取 APACHE Ⅱ评 分、SOFA 评分、白介素 IL-6，自动识别患者伴随疾病及个数，自动获取患者科室流转信息，自动生成危重症营养风险（NUTRIC）评分
	5.12. 任务日历	5.12.1. ▲可提前为患者制定护理计划。以小时为粒度，计划需要对患者进行的护理操作，并自动同步至护理记录界面
		5.12.2. 可查看患者各小时的计划执行情况、医嘱执行记录、护理记录、病情记录、管道操作、评分操作等，并可快速修改病情记录，或一键跳转至管道记录、患者评分等界面
		5.12.3. 支持科室护理计划模板、批量新增计划等便捷功能
	5.13. 病情记录	5.13.1. 可查看、检索、新增、修改、删除患者病情记录
		5.13.2. 支持文本编辑助手：系统内存在多处需要编辑文本的业务，例如交班记录、出科记录、病情记录等，编辑助手面板附着在屏幕边缘，可快速查看患者医嘱执行记录、护理记录、评分记录、管道记录、检验数据、病情记录等，双击记录可快速插入至正在编辑的文本，免去用户复制粘贴的重复工作
	5.14. 压疮管理	5.14.1. 支持平面或 3D 人体图和列表形式展示患者当前所有压疮信息，例如类型、名称、状态、面积、臭味、分期、是否带入、记录人、记录时间、恢复时间等
		5.14.2. 支持通过压疮时间线查看压疮情况变化历史

	5.15.出量入量	5.15.1. 支持根据医嘱执行、护理记录、管道引流等数据，自动计算患者出入量数据
		5.15.2. 支持出入量异常自动提醒医生
		5.15.3. ▲支持单日和区间两种展示模式，单日模式以阶梯图形式，展示患者 24 小时或某一班次时段内的出入量数据，包括出量明细及变化趋势、入量明细及变化趋势、平衡量趋势、各小时数据等，区间模式以柱状图形式展示所选时间区间内每日出量、入量及平衡量
		5.15.4. 支持根据医嘱信息显示未来预计出入量
6. 大屏展示	6.1 科室概览	6.1.1. ▲支持大屏实时展示当前科室床位占用、当前在科患者情况、今日医嘱执行情况、今日护理计划情况等信息，可根据需求快速定制
		6.1.2. 支持大屏展示全科患者实时生命体征数据并提醒异常数据，可根据需求快速定制

2、其他要求：

2.1 支付方式：分期付款，设备货到安装验收合格后付 70%，验收合格半年后付款 20%，验收合格一年后付款 10%。

2.2 交货地点：甲方指定地点。

2.3 质量标准：合格，符合现行国家和行业规范标准。

2.4 质保期：2 年

2.5 供货及安装期：双方签订合同后 60 日历天内完成交货及安装调试。

2.6 对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

第四章　响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录、页码及总页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1．供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

2.法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。

格式 1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

_____同志，系我单位法定代表人，任_____职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※附：法定代表人身份证复印件※）

投标人电子签章：

年　月　日

格式 2

授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

投标人电子公章：

被委托人：

法定代表人：

（※附：被委托人身份证复印件※）

投标人电子公章：

年　月　日

格式 3

供应商资格其他资料

格式 4

投标函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方_____（项目名称）的竞争性磋商邀请（项目编号：_____），委托代理人_____(全名、职务)代表_____（供应商名称、地址)签字并提交投标文件，报价为：_____元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的免费质保期为 天。

(2)我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4)一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5)我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6)与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：　　邮 编：

电 话：　　传 真：

我们保证：

(1)不提供虚假材料谋取成交；

(2)不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；

(3)不与采购人和其它供应商恶意串通；

(4)不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；

(5)不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：　　联系电话：

投标人电子公章：

年　月　日

格式 5

一．报价一览表

项目名称	
投标人全称	
最终投标报价 （人民币）	投标总价：　　大写：
备注	

投标人电子公章：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 6

投标分项报价表

供应商名称：

单位：元

序号	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）	数量	单价	小计
	其他费用			
总价（人民币大写）：￥　　元				

供应商代表签字：
供应商公章：
日期：

格式 7　　**技术参数响应表**

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件要求	响应文件	偏离说明
1				
2				

(可根据需求自行更改)

投标人电子公章：

年　月　日

格式 8

售后服务承诺

投标人电子公章：

年　　月　　日

格式 9

合格供应商的声明函和承诺书

投标人电子公章：

年　月　日

格式 10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 11

其他资料

、

格式 12

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告;

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）;

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑;

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料;

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况;

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期：年月日

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采　　购　　人：

供　　应　　商：

合　同　签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为 。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____(甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在　　天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 _____ 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失，对此须在响应文件中保证，否则视为不响应。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原

产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金__元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向**周口仲裁委员会**申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章） 供货人（乙方）： （公章）

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号：　　账号：

＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。供应商须将此函附于响应文件中。