周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称:周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目

项目编号:示范磋商采购-2026-3

2026 年 4 月 17 日

目　　录

第一章　竞争性磋商邀请函 3

第二章　供应商须知 6

第三章　采购需求.....24

第四章　响应性文件内容及格式.....25

第五章　合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指引 40

第一章　　竞争性磋商邀请函

项目概况

周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目 (项目名称) 项目的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网获取采购文件，并于 2026 年 4 月 29 日点分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：示范磋商采购-2026-3

项目名称：周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：780000.00 元

最高限价：780000.00 元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目	78

采购需求：周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目、详见第三章采购项目内容及要求。（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：双方签订合同后 7 日内

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府

强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供国家企业信用信息系统查询截图，包括公司基础信息和股东信息，响应文件中提供网站查询截图的扫描件、法定代表人和委托代理人签章并加盖公章。查询时间公告后有效）

（3）本项目不接受联合体投标

三、获取采购文件

时间：2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 24 日（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 4 月 29 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2026 年 4 月 29 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：周口城乡一体化示范区桂园路初级中学

地址：周口市川汇区桂江路与新十路交叉口西北 400 米

项目联系人：郭先生　　联系方式：15839449545

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：王园园　　联系方式：0394-8106517、19913281180

3.监督单位：周口市城乡一体化示范区财政局政府采购管理办公室

联系方式：0394-7735709

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 4 月 17 日

第二章　　供应商须知

供应商须知前附表		
序号	条款	内　容
• 1	项目概况	1）项目名称：周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目 2）采购内容：桂园路初级中学餐厅厨房设备采购 3）采购人：周口城乡一体化示范区桂园路初级中学 4）采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
• 2	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
• 3	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。
• 4	响应文件语言	中文
• 5	报价货币	人民币
• 6	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
• 7	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
• 8	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
• 9	响应文件封面要求	无
• 10	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
• 11	响应文件装订和密封要求	无
• 12	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。
• 13	响应文件递交截止时间	******年 ****** 月******日上午　　（见磋商公告）
• 14	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
• 15	磋商时间	******年******月******日上午　　见磋商公告
• 16	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
• 17	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。 采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
• 18	签订合同	本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文

		件的内容，将作为签订合同的主要内容。
• 19	投标保证金	本项目不需要交纳投标保证金
• 20	所属行业	本项目标的所属行业：工业
• 21	供货周期	合同签订后 7 日历天
• 22	付款方式	验收合格后一次性付清
• 23	勘察现场	不组织
• 24	**报价**	**一次报价**
• 25	**核心产品**	**电双门蒸饭柜、电磁低汤炉、电磁单炒灶、电磁大锅灶 （核心产品不允许负偏离，否则其响应性文件将作为无效处理。提供产品白皮书或检测/检验报告。）**

一、总则

1．适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2．定义

2.1“采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2“采购人”：周口城乡一体化示范区桂园路初级中学

2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“货物“：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.采购预算

3.1 本次采购预算：见公告。

4.合格的供应商

4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.1.5 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商

将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6．竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应性文件内容及格式；

（5）合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7.竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少 5 个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8.要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件，如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”

承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则为无效响应文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

8.4 供应商需承诺自行承担参加竞争性磋商采购活动有关的全部费用，竞争性磋商组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10.响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11.响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。供应商必须承诺确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的的验收费用由供应商承担；

12.2 经过磋商后进行的报价为供应商的最终报价。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

13．响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14.响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。响应文件需供应商法定代表人逐页签字。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

14.4 供应商应在报价一览表投标总价处加盖公章。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

- **响应性文件的递交**

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位 CA 证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中

心网站（网址：http://jyzx.zhoukou.gov.cn）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16.响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18.组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

18.3 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出书面保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

19.资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；

（2）响应性文件的完整性；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入

竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

19.7.10 未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

19.7.11 被授权人和法定代表人未附劳动合同的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.13 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.14 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.15 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.16 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件
8	供货期	见招标文件		见投标文件
9	投标有效期	见招标文件		见投标文件
10	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
11	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
12				
13				
14	结论	是否通过审查		

20.响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21.竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比

较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 报价

1.一次报价依据是供应商的投标函和开标记。

2.如有多次报价，资格评审过通后的供应商须使用本单位 CA 锁在网上系统进行二次或多次报价（请在周口市公共资源交易中心网站报名系统等待报价），每次的报价由供应商自定，评审小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）。报价次数见供应商须知前附表。

开标后请供应商在计算前等待报价，网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。

六、评定标准

22.竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

22.1.1 供应商须声明不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标。

22.1.2 供应商须保证不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得采取其他不正当手段谋取中标。

22.1.3 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分（30分）	**（30分）**	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 备注：价格分计算保留小数点后二位。 **注：** 1.若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 2.对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。	

		3.没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。	
技术部分(55 分）	（ 55 分）	技术参数（43 分）	1、投标货物技术性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分 43 分。 2、招标文件参数序号前有★重点标注的，投标人每负偏离一处扣 2 分，其他常规参数有负偏离的每处扣 1 分，扣完为止。 备注：带★参数须提供所投设备技术参数证明材料（产品白皮书或检测/检验报告。）
		供货安装、调试方案及保证措施（12 分）	提供供货安装、调试方案及保证措施，包括但不限于： 供货安装进度安排及控制措施；运输配送保障措施；货物安装；调试方案；应急处置预案；以上全部内容提供完整且没有缺陷得 12 分，以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容， 内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、运输配送错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣 2 分，扣完为止。不提供不得分。
商务部分（ 15 分）	（ 15 分）	类似业绩（3 分）	投标单位每提供一份 2022 年 1 月 1 日以来的类似业绩的得 3 分，最高得 3 分。（提供业绩合同复印件或扫描件）。
		售后服务承诺（8 分）	根据各投标人提供的售后服务承诺（包括但不限于售后服务内容、质保内容、服务计划、响应时间等

			内容）全部提供得 8 分，缺一项扣 2 分，不提供不得分。
		其他实质性优惠条件（4 分）	供应商具有供满足使用需求相关的其他实质性优惠条件的每提供一个的得 2 分，最高得 4 分，缺项或不提供不得分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23.竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24.成交通知

24.1 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25.签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争

性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

25.4 合同未约定或者未经采购人同意，供应商需保证不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

25.5 供应商需在响应文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不转包、不违法分包，一旦发现挂靠、转包、违法分包等情形， 甲方有权解除合同，且供应商承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚（供应商须出具保证书，否则视为不响应竞争性磋商文件。格式自拟）。

九、质疑处理

26.质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求

1. 本项目采购内容：

桂园路初级中学 2#餐厅厨房设备详细配置技术清单					
序号	设备名称	规格型号	数量	单位	技术参数
	明档区				
1	四格保温售饭台	1500*700*800	8	台	型号 1500*700*800 2、酒店、饭店、食堂等商用厨房设备 优质 201#磨砂不锈钢板材制作，静音、保温、耐用本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测。 3、U 型双环镍络双丝加热管，国标 16A 电源线。 4、电压功率：3KW、220V
2	份数盒	1/1/15cm	70	套	1.规格型号：1/1 600*400*150.1.备注：加厚不锈钢板材，1.0MM 厚度承受能力加强更耐用。本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测
3	柜式保温售饭桶	600*600*800	4	台	型号 600*600*800 2、酒店、饭店、食堂等商用厨房设备 优质 201#磨砂不锈钢板材制作，静音、保温、耐用本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测。 3、U 型双环镍络双丝加热管，国标 16A 电源线。 4、电压功率：3KW、220V
4	四层货架	1500*500*1550	4	台	型号 1500*500*1550 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
5	单星水池	700*500*800	1	台	1、尺寸：700*500*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
6	单星水池	500*500*800	1	台	1、尺寸：500*500*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。

7	留样柜	600*550*1950	1	台	型号:600*550*1950 WMD-368 1、高性能压缩机，电压频率为 220V-240V/50HZ。 2、双层隔热玻璃，全发泡保温，控温范围 0-10℃。 3、自带门锁，节能省电，7 档调温。 4、设置玻璃门冷凝水排水孔、防鼠隔板 5、采用环保材质，环保内胆，高密度喷涂环保板，食品触摸级材料。
8	灭蚊灯	400*170*310	2	台	工作方式：粘捕式 额定电压：220V-50HZ 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 材料等级：ABS 阻燃材料
9	紫外线杀菌灯	500*111*500	2	台	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型：杀菌消毒
10	收残台带推车(圆孔)	1400*700*800	2	台	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 0.8MM
11	收残台带推车(圆孔)	700*700*800	2	台	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 加静音万向轮。
12	筷子消毒车	750*450*800	3	台	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ，加静音万向轮。
13	**中厨操作间**				
14	电双门蒸饭柜	1400*520*1500	3	台	型号：1400*520*1500 1.采用耐热聚氨酯发泡工艺，长效保温、隔热、节能、高效、环保；新式耐高温硅胶门封，密封、牢固；更节省、更安全；高效简易式渐进门锁，自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停防止干烧；保障机体安全使用 2、U 型双环镍络双丝加热管;360 度蒸汽循环加热，201 超厚不锈钢车身. 3、输入电压:380/输出功率:24Kw 4、超宽橡胶轮，360 度可移动橡胶轮，方便移动，耐受力强. 本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测

15	电磁低汤炉	700*800*600	1	台	板材面板实卡厚度 1.25mm 上背板侧板实卡 0.95mm 机芯明细备注： 1、不锈钢全封闭式机芯，采用紫铜排 2.0mm 塔桥，主板电路板备铜厚度 2 盎司，采用英飞凌模块芯片和驱动芯片。采用德国威马电容模块电容器。 全密封机芯，防水防虫，散热器采用铝铲片，提高散热效率，机芯温度 60℃以下。 2、机芯采用液晶数码显示器，可远程物联控制程序、调整功率、定时定温功能，防水防油（可在 100℃的水正常使用）。 3、档位开关采用无级变速档位，实现档位功率细分，更为节能。 4、紫铜线圈采用高频编织铜线，提高线圈磁感应强度，长时间使用功率不下降。 6、不锈钢风道要求机芯和线圈都采用单独冷风道降温，机芯温度不能超过 60℃，线圈温度不能超过 100℃。 7、自动变频机芯，自动降功率控制系统，油温和扒炉铁板温度控制+/-3℃以内。 输入电压:380/输出功率:15Kw
16	电磁单炒灶	1800*1100*800/450	1	台	板材面板实卡厚度 1.25mm 上背板侧板实卡 0.95mm 机芯明细备注： 1、不锈钢全封闭式机芯，采用紫铜排 2.0mm 塔桥，主板电路板备铜厚度 2 盎司，采用英飞凌模块芯片和驱动芯片。采用德国威马电容模块电容器。 全密封机芯，防水防虫，散热器采用铝铲片，提高散热效率，机芯温度 60℃以下。 2、机芯采用液晶数码显示器，可远程物联控制程序、调整功率、定时定温功能，防水防油（可在 100℃的水正常使用）。 3、档位开关采用无级变速档位，实现档位功率细分，更为节能。 4、紫铜线圈采用高频编织铜线，提高线圈磁感应强度，长时间使用功率不下降。 6、不锈钢风道要求机芯和线圈都采用单独冷风道降温，机芯温度不能超过 60℃，线圈温度不能超过 100℃。 7、自动变频机芯，自动降功率控制系统，油温和扒炉铁板温度控制+/-3℃以内。输入电压:380/输出功率:30Kw

17	炉拼台	400*1100*800/450	1	台	型号：400*1100*800/450 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 0.8mm 不锈钢板.台面下 0.8mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
18	电磁大锅灶	2100*1200*800+400	2	台	板材面板实卡厚度 1.25mm 上背板侧板实卡 0.95mm 机芯明细备注： 1、不锈钢全封闭式机芯，采用紫铜排 2.0mm 塔桥，主板电路板备铜厚度 2 盎司，采用英飞凌模块芯片和驱动芯片。采用德国威马电容模块电容器。 全密封机芯，防水防虫，散热器采用铝铲片，提高散热效率，机芯温度 60℃以下。 2、机芯采用液晶数码显示器，可远程物联控制程序、调整功率、定时定温功能，防水防油（可在 100℃的水正常使用）。 3、档位开关采用无级变速档位，实现档位功率细分，更为节能。 4、紫铜线圈采用高频编织铜线，提高线圈磁感应强度，长时间使用功率不下降。 6、不锈钢风道要求机芯和线圈都采用单独冷风道降温，机芯温度不能超过 60℃，线圈温度不能超过 100℃。 7、自动变频机芯，自动降功率控制系统，油温和扒炉铁板温度控制+/-3℃以内。输入电压:380/输出功率:70Kw
19	炉拼台	400*1200*800/450	3	台	型号：400*1200*800/450 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 0.8mm 不锈钢板.台面下 0.8mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。

20	单通打荷台	1800*800*800	4	台	型号 1800*800*800 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 0.8mm 不锈钢板.台面下 0.8mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
21	竖向双星盆台	1600*700*800/100	1	台	型号 1600*700*800　2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定
22	四层货架	1500*500*1550	5	台	型号 1500*500*1550 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
23	★六门冰柜	1800*700*1980	3	台	型号：1800*700*1980　1、材料：发泡层 60 厚，采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计机组，压缩机全铜管； 2、控温类型：电子数字温控； 3、制冷剂：冷藏：R134a；、冷冻：R404a； 4、额定电压：220V；、额定功率：0.685KW。
24	导热油夹层汤锅	1550*900*800	1	台	一：锅体采用 304/内胆 4.0mm 外壳 3.0mm 钢材，内胆、外壳一次拉伸二、配有放气阀、注油孔、齿轮、蜗杆、铸铁手轮、p204 轴承、p210 轴承，三：75*4.5mm 全钢架体、带有防控开关，四：电压 380V24KW、3 支导热管、350 号导热油、微电脑控制、外形尺寸：1550*900*800、直径 90 公分、深 57 公分

25	粘捕式灭蚊灯	400*170*310	2	台	工作方式：粘捕式 额定电压：220V-50HZ 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 材料等级：ABS 阻燃材料
26	紫外线杀菌灯	500*111*500	2	台	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型：杀菌消毒
27	地沟盖板(有孔)	25882*300	45	块	不锈钢冲孔，一次拉伸冲压成型面板厚度 1.5MM
28	**粗加工**				
29	绞切肉机	580*420*850	1	台	不锈钢机身，优质刀片，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片 400Kg/h,切肉丝 200Kg/h,绞肉 200Kg/h。防水等级不低于 IPX1。
30	大双星加深	1600*700*800/100	2	台	1、尺寸：1600*700*800　2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。

31	杀鱼台	1200*700*800	1	台	1、尺寸：1200*700*800　2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
32	单星水池	1000*700*800	3	台	1、尺寸：1000*700*800　2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
33	单星水池	1200*700*800	1	台	1、尺寸：1200*700*800　2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。

34	四层货架	1500*500*1550	1	台	型号 1500*500*1550 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
35	★组合消毒柜	800*600*1300	1	台	采用 201 材质 1.0 厚不锈钢板材制作，免死边不伤手设计，地脚为不锈钢欧式可调脚，可同时用于毛巾、刀具、菜墩等的消毒。
36	★多功能切菜机	1160*530*1300	1	台	采用优质不锈钢机身，国内品牌电机，稳定耐用故障低，可切多种菜品，整机方便清洗耐用，球茎类产量 300-1000kg,叶径类产量 600-1000kg。
37	土豆脱皮机	450 型	1	台	采用优质不锈钢机身，国内品牌电机，功率：0.75KW、防水:IPX1
38	单通打荷台	1800*800*800	6	台	型号 1800*800*800 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 0.8mm 不锈钢板.台面下 0.8mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。

39	粘捕式灭蚊灯	400*170*310	2	台	工作方式：粘捕式 额定电压：220V-50HZ 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 材料等级：ABS 阻燃材料
40	紫外线杀菌灯	500*111*500	2	台	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型：杀菌消毒
41	风扇	550mm*650mm	4	台	风量挡位：3 挡 控制方式：机制 电机材质：纯铜线电机 运转速度：1400/min 额定电压：220V 额定功率：150W 额定频率：50HZ
42	★开水器+底座	90L	1	套	容积:90L 304 不锈钢内胆紫铜加热管。
43	**面点间**				
44	双门醒发箱	1035*685*1910	1	台	型号 1035*685*1910 2.全钢无磁箱体和支架 全自动进水补水，防止加热装置干烧，独立焊接水盆，更厚实耐用 3.带下水控制阀门，可及时更换清水 4.环绕大 U 型干加热加热装置，采用食品级 304 材质，使用寿命长，更耐腐蚀 ，对蒸汽进行二次雾化，使发酵效果更理想。 5、水盆里面的加热装置食品级 201 加热装置，使用寿命更长，更加耐腐蚀，整体防漏水设计

45	保鲜工作柜	1800*800*800	1	台	型号 1800*800*800 1、全铜胆压缩机、风机循环制冷，低噪运行，电压频率 220V50HZ，功率 320W-620W。 冷藏：R134a；容量不低于 1000L。 2、温度控制，冷藏温度 0-10 度，控温类型：电子数字温控； 3、用 SUS201 不锈钢机身，无磁不生锈，硬度强、耐腐蚀、抗氧化、抗油污。容量不低于 500L。 4、符合 GB 4343.1-2018 国家标准，确保冰柜的质量和性能达到规定标准，保证使用的安全和可靠性。控温类型：电子数字温控；
46	面案工作台	1800*800*800	1	台	型号：1800*800*800 1、商品采用 USU201 五层工艺拉丝不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 0.8mm,抗腐蚀性耐用，支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 2、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。 3、优质不锈钢框架，加厚柳木面板，
47	单星水池	700*500*800	1	台	1、尺寸：700*500*800　2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.2mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。

48	馒头机	1390*455*900	1	台	型号： 1390*455*900 1、商品采用 USU201 不锈钢加厚材质，纯铜电机，三孔设计不卡顿将和好的面通过输送、剪切、滚圆的方法加工成圆球状馒头。本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测 2、电压：220/380V 生产效率 ：4200/时 全自动对辊馒头机，国标铜芯电机，不粘辊，成型好，
49	350 自动揉面压面机	610*1100*1090	1	台	尺寸 610*1100*1090 面辊宽度 350mm 传输带 不易粘面 pvC 揉面厚度 5-25mm 动力齿轮 双齿轮 调节方式 摇轮单调 动力链条 双条 外壳材质 滚轴 不锈钢 整机重约 230/260kg 电机功率：3kw/380
50	★和面机	1000*680*900	1	台	1、商品采用 USU201 不锈钢加厚材质，纯铜电机，齿轮传动，双向翻转，机重 95kg，小时产量 260kg 本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测 2、额定电压：380V,功率：2.5KW ；和面量 50KG/H 双向揉面，皮带链条齿轮传动，实心面刀.

51	三层电热烤箱	1260*820*1535	1	台	型号 1260*820*1535 2.全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。 3 电压：380V，功率：21kw。炉内照明装置，玻璃视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构，最高耐热温度可达 400℃，专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。
52	落地式电饼铛	650*800*800	2	台	型号 650*800*800 2、功率：5KW /380OV 温度：0℃-300℃ 3、加厚不锈钢机身，LED 屏显示温度双面加热，上下独立控温，高密度铝盘。
53	面粉车	600*600*800	2	台	商品采用 USU201 不锈钢加厚材质，板材厚度 1.0MM ，加静音万向轮。
54	**洗消间**				
55	双层工作台	900*800*800	1	台	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 0.8MM 全钢可调节子弹脚
56	★超声波洗碗机	1500*800*800	1	台	尺寸：1500*800*800 机身采用 201 加厚不锈钢板材，220V;5KW 超声波发生器瓦解重油污，灵动操作按键，多孔散热孔设计、过滤渣槽设计，可调节欧式脚。
57	三星水池	1800*600*800	1	台	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 护板 1.0MM

58	★双门消毒柜	1150*500*1910	3	台	型号： 1150*500*1910 1、可放餐具数不低于 200 件，使用人数不低于 100 人。 2、红外线加 125 度高温加风机热循环消毒，消毒无死角，符合 GB 19 热力消毒柜 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求的国家标准，对自然菌的杀灭率应大于 99.9%;对大肠杆菌杀灭率应不小于 99.9%;对金黄色台 葡萄球菌杀灭率应不小于 99.9%。 3、无磁箱体，杜绝生锈，具有独立电源开关，机器内部线路使用阻燃材质，规避火灾安全隐患。
59	粘捕式灭蚊灯	400*170*310	2	台	工作方式：粘捕式 额定电压：220V-50HZ 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 材料等级：ABS 阻燃材料
60	紫外线杀菌灯	500*111*500	2	台	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型：杀菌消毒
61	风扇	550mm*650mm	4	台	风量挡位：3 挡 控制方式：机制 电机材质：纯铜线电机 运转速度：1400/min 额定电压：220V 额定功率：150W 额定频率：50HZ

62	**仓库**				
63	焊接圆脚五层冲孔货架	1500*500*1800	6	台	型号 1500*500*1800 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0㎜ 不锈钢板.台面下 1.0㎜ 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48㎜ 不锈钢管 1.0㎜,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
64	**主食库+副食库**				
65	焊接圆脚五平板孔货架	1500*500*1500	6	台	型号 1500*500*1500 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0㎜ 不锈钢板.台面下 1.0㎜ 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48㎜ 不锈钢管 1.0㎜,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
66	米面架	1200*500*300	2	台	1、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0㎜ 不锈钢板.台面下 1.0㎜ 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48㎜ 不锈钢管 1.0㎜,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
67	米面架	1000*500*300	4	台	1、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0㎜ 不锈钢板.台面下 1.0㎜ 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48㎜ 不锈钢管 1.0㎜,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定

68	圆脚四层平板层架	1200*500*1500	1	台	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 0.8MM 全钢可调节子弹脚
69	平板车	900*600*900	3	台	型号：900*600*900 1、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。配高级聚氨酯万向车轮。 可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定
70	**更衣柜**				
71	更衣柜	1800*900*420	4	台	六门更衣柜： 1、整体规格：1800×900×420（mm） 2、模具化流水线一次冲压成型；采用 201 不锈钢，厚度 0.5mm 3、焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑； 4、配件：锁具,电镀导轨，不锈钢拉手
72	单星水池	600*600*800	2	台	1、尺寸：600*600*800　2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.2mm 不锈钢板.台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋,槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板,脚管用Φ48mm 不锈钢管 1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
73	水龙头		23	个	优质不锈钢 304 不锈钢

74	不锈钢角阀		51	个	优质不锈钢
75	软连接	80CM	36	个	304 钢丝管
76	软连接	1.5 米	14	个	304 钢丝管
77	单星（通池）拖把池	1200*500*1800	2	台	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 0.8MM 支撑管采用不锈钢管配可调节子弹脚
78	焊接通池	3000*600*950	1	个	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
79	钢丝管		9	米	
80	排风扇		2	个	
81	餐具		700	套	304 不锈钢餐盘： 304 不锈钢大碗 304 不锈钢中碗 304 小勺 筷子 备注：不锈钢餐盘，健康更卫生。本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测。
82	6 人餐桌		115	套	6 人位不锈钢餐桌外尺寸 1600*1350*750, 201 不锈钢桌面尺寸 1600*600， 凳面尺寸:30 公分直径桌面凳面 05 钢板包木板，成型 2.5 公分 支架尺寸:50*50*10 方管(横梁配件镀锌管)

桂园路初级中学 2#餐厅厨房排烟参数

序号	设备名称	规格型号	数量	单位
1	主炒间排烟			

2	靠墙型油网烟罩	2000*1200*550	2.4	平方
3	靠墙型油网烟罩	9000*1400*550	12.6	平方
4	靠墙型油网烟罩	8600*1000*550	8.6	平方
5	不锈钢烟室	600*600	23.6	平方
6	不锈钢烟管	1200*600	20	米
7	不锈钢支管	500*500	18	米
8	不锈钢弯头	1200*600	1	个
9	不锈钢三通	1200*600	1	个
10	面点间			
11	靠墙型油网烟罩	5300*1000*550	5.3	平方
12	不锈钢烟室	600*600	5.3	平方
13	不锈钢烟管	1200*600	3	米
14	不锈钢支管	500*500	3	米
15	不锈钢弯头	1200*600	1	个
16	洗消间			
17	靠墙型油网烟罩	2000*1000*550	2	平方
18	不锈钢烟管	400*400	2	米
19	防水风机	750W	1	台
20	不锈钢弯头	1200*600	1	个

21	新风			
22	镀锌送风主管	500*500	20	米
23	镀锌送风支管	400*400	23	米
24	送风弯头		3	个
25	风球	150*150	45	个
26	送风风柜	22 寸 7.5KW	1	台
27	减震器		1	套
28	风柜变径		1	件
29	主管道变头		1	件
30	软连接		1	件
31	风柜保护器		1	台
32	室外+风井			
33	风井内置管道	1200*600	8	米
34	不锈钢变径		1	件
35	打孔		1	件
36	净化器	60000	1	台
37	风柜	22KW	1	台
38	风柜保护器		1	台
39	风柜减震器		1	台
40	软连接		1	套

桂园路初级中学 2#餐厅厨房空调参数表				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	5 匹变频柜机空调	能效等级：3 级能效 制冷量(W)：12150W 制热量(W)：13900W 内机循环风量：1860 立方/分钟	台	2
2	1.5 匹变频挂机空调	能效等级：3 级能效 APF：4.21 额定制冷量(W)：3500 额定制热量(W)：4600 制冷季节消耗点电量（KW/H）:430 制热季节消耗点电量（KW/H）:364	台	2
3	1.5 匹加装管材	铜管	米	6
4	5 匹加装管材	铜管	米	8

核心产品：电双门蒸饭柜、电磁低汤炉、电磁单炒灶、电磁大锅灶（核心产品不允许负偏离，否则其响应性文件将作为无效处理。提供产品白皮书或检测/检验报告。）

2、售后服务内容及要求：

2.1 质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 售后服务：免费质保 1 年,在接到采购方服务请求后，2 小时响应，12 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.3 交货地点：采购人指定地点。

2.4 交货日期：双方签订合同后 7 日内。

2.5 验收：由最终用户组织验收。

2.6 供应商对其提供的产品请出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

第四章　响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录，应在明显位置编制页码和总页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1．供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

2.法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。

格式 1

响应性文件目录

格式自拟

格式 2-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

同志，系我单位法定代表人，任

职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※附：法定代表人身份证复印件※）

投标人电子签章：

年　月　日

格式 2-2

授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

投标人电子签章：

被委托人：

法定代表人：

（※附：被委托人身份证复印件※）

投标人电子签章：

年　月　日

格式 2-3

供应商资格其他资料

格式 3

投标函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方　　项目的竞争性磋商邀请（项目编号：　　），委托代理人　　(全名、职务)代表　　供应商名称、地址)提交投标文件，报价为：　　元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2)我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

1.　同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4)一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5)我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6)与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：　　邮 编：

电 话：　　传 真：

我们保证：

(1)不提供虚假材料谋取成交；

(2)不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；

(3)不与采购人和其它供应商恶意串通；

(4)不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；

(5)不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：　　联系电话：

投标人电子签章：

年　月　日

格式 4

一．报价一览表

项目名称	
投标人全称	
最终投标报价 （包：） （人民币）	投标总价：　　大写：
备注	

被授权人和法定代表人：（签字）

投标人电子签章：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 5

. 投标分项报价表

谈判供应商名称：

单位：元

序号	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）	数量	单价	小计
总价（人民币大写）：￥　元				

谈判供应商代表签字：谈判供应商公章日期：

格式 6　　**技术参数响应表**

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件要求	响应文件	偏离说明
1				
2				

(可根据需求自行更改)

投标人电子签章：

年　月　日

格式 7

售后服务承诺

投标人电子签章：

年　　月　　日

格式 8

合格供应商的声明函和承诺书

投标人电子签章：

年　　月　　日

格式 9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 10　其他资料

、

格式 11

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告;

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）;

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑;

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料;

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况;

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：年月日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采　　购　　人：

供　　应　　商：

合　同　签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：___(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为　　。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：＿＿＿＿(甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在　　天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 ____ 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修___年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后___天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为 1%－5%，专用产品的幅度为 10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款___%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金_元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向**周口仲裁委员会**申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式_份，甲乙双方各执_份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章） 供货人（乙方）： （公章）

地址： 地址：

法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
_____年_____月_____日	____年_____月__日