

政府采购项目单一来源论证表

时间： 2026 年 8 月 20 日

采购单位	项城市第一人民医院		
项目名称	项城市第一人民医院介入手术室DSA球管采购项目		
预算金额	71万元		
拟定供应商信息	西门子医疗系统有限公司		
论证意见： 项城市第一人民医院介入手术室DSA设备是西门子生产，该设备已投入使用3年有余，已过质保期；目前DSA球管小焦点已损坏，已经影响正常使用，现急需原厂配件更换维修，球管是DSA核心部件，球管有严格的精准性和匹配性，为保障设备的正常运行，满足临床需求，维修配件只能使用原厂配件进行更换，符合政府采购法第三十一条相关规定，建议采用单一来源方式采购。			
专家姓名1	张超	单位	周口市人民医院
联系方式	169246246	职称	高级
专家姓名2	王泰月	单位	周口市疾控中心
联系方式	18539768992	职称	高级
专家姓名3	陈文丽	单位	周口市妇幼保健院
联系方式	13949986899	职称	高级