


政府采购进口产品专家论证意见

一、项目基本情况	
申请单位	沈丘县人民医院
拟采购产品名称	十二指肠镜
拟采购产品金额	50 万元
采购项目所属项目名称	沈丘县人民医院内镜室十二指肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	50 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他：	
原因阐述： 1. 进口十二指肠镜抬钳器响应灵敏、镜体弯曲角度大、贴合人体解剖结构，可精准完成取石、扩张、支架置入等精细操作，有效降低术中穿孔、出血等并发症风险。2. 我院现有消化内镜主机、影像处理系统、配套质控及消毒设备均为进口配套体系。进口十二指肠镜可与院内现有设备无缝兼容，统一成像标准、操作流程及质控规范，无需额外购置主机及配套软硬件，可有效规避设备不匹配导致的系统联动异常、操作适配性差等问题，保障手术安全，节约采购成本。3. 该产品不属于国家禁止进口产品。为了满足临床需要，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见： 采购人的采购的十二指肠镜用于精准取石、扩张、支架置入等精细操作，对设备抬钳器的灵敏度、镜体弯曲角度、超高清成像、胰胆管显示、微小血管和黏膜的识别等要求很高。目前国内产品在光学成像精度、微小病灶识别、耐高温高压灭菌、与我院现有的进口内镜兼容性等方面，都与进口产品存在较大差距，无法满足我院内镜诊疗、手术安全、质控规范等要求。为保证医疗质量和患者安全，同意采购进口产品。	
专家签字	
2026 年 8 月 24 日	