

政府采购进口产品专家论证意见

一、项目基本情况	
申请单位	沈丘县人民医院
拟采购产品名称	十二指肠镜
拟采购产品金额	50 万元
采购项目所属项目名称	沈丘县人民医院内镜室十二指肠镜采购项目
采购项目所属项目名称	50 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他:	
原因阐述: 1. 进口十二指肠镜抬钳器响应灵敏、镜体弯曲角度大、贴合人体解剖结构,可精准完成取石、扩张、支架置入等精细操作,有效降低术中穿孔、出血等并发症风险。2. 我院现有消化内镜主机、影像处理系统、配套质控及消毒设备均为进口配套体系。进口十二指肠镜可与院内现有设备无缝兼容,统一成像标准、操作流程及质控规范,无需额外购置主机及配套软硬件,可有效规避设备不匹配导致的系统联动异常、操作适配性差等问题,保障手术安全,节约采购成本。3. 该产品不属于国家禁止进口产品。为了满足临床需要,故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见: 十二指肠镜进口必要性论证。图像清晰,抬钳器响应灵敏,镜体弯曲角度大,贴合人体解剖结构,可精准完成取石、扩张、支架置入等精细操作。图像清晰,对病灶的观察更准确,能清晰观察黏膜微血管病变,对早期筛查价值极大。目前国内同类设备尚有一项差距,为满足临床需求,申请采购进口设备。	
专家签字	李进明
2026 年 8 月 24 日	