西门子血管造影机(DSA)球管技术参数

序号	X 线球管参数：
1	最大连续透视功率≥3000W
2	最大透视管电流≥250mA
3	球管阳极连续高速旋转，转速≥9000 转/分，包括透视及采集
4	阳极热容量≥3.375MHU
5	管套热容量≥4.9MHU
6	阳极最大散热功率≥6500W
7	球管焦点≥3 个
8	最小焦点≤0.3mm
9	最小焦点功率≤19KW
10	为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术
11	为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形
12	中焦点≤0.6x0.6mm
13	中焦点功率≤42KW
14	最大焦点≥1.0mm
15	最大焦点功率≥90KW
16	球管带有防碰撞保护装置
17	球管采用油冷加水冷的冷却方式
18	球管采用液态金属轴承技术
*19	提供原厂球管证书
*20	包含一套 WGLS-Y-06 型号铅衣和一套 WGLS-5 型号血管机床旁防护装置