关于周口市中医院 4K3D 荧光全功能腔镜摄像系统项目废标的情况说明

我单位周口市中医院 4K3D 荧光全功能腔镜摄像系统项目于 2026 年 11 月 12 日开标，11 月 18 日收到质疑函，11 月 21 日组织评标委员会论证，经专家组意见，质疑成立，中标无效。已向周口市财政政府采购监督管理科备案。

附件 1：文件格式

附件 2：参数响应

周口市中医院

2026 年 11 月 25 日

附件 1：文件格式

招标文件格式

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	
1.最终投标报价（人民币）	1.投标报价：　　元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期：　　年　月　日

投标文件格式

一、开标一览表

1.最终投标报价（人民币）1390000.00元 大写：壹佰叁拾玖万元整	1.投标报价：1390000.00元、 大写：壹佰叁拾玖万元整
备注：/	/

供应商名称：（电子公章）河南省华亿财富医疗器械销售有限公司

授权委托人或法人：（签字）王广亚

日期：2026年11月12日

附件 2：参数响应

（1）招标文件★1 条款：光源使用 LED 技术，白光使用 LED 技术，荧光不使用激光技术，保证医务人员的使用安全（提供检验报告证明文件）。 中标人投标响应内容：HB500R 光源白光采用 LED 技术，荧光成像采用 3R 级医用激光技术，投标人自行标注为正偏离。本条款为招标文件实质性否决条款，招标文件已经明确排除激光荧光技术路线，并非仅对荧光成像性能、安全指标设置最低要求。投标人选用招标文件明确禁止的激光激发方案，不属于正偏离。投标人提供的激光安全检验报告，仅能证明激光本身安全，不能突破招标文件明确禁止激光荧光的硬性要求。

（2）招标文件★3 条款：主机模块化设计，可同时连接≥2 种功能的模块，可搭载硬镜模块、软镜模块，包含同品牌电子软镜：电子胆道镜、电子鼻咽喉镜等。 中标人投标响应内容：UX7-TEC 主机为一体化设计，可直接连接硬镜和软镜，无需后续增加模块。 招标文件明确要求主机采用模块化设计、搭载功能模块，属于实质性结构要求；投标产品为一体化无模块结构，不满足招标文件对主机形态的硬性约定。

（3）投标文件多处参数、品牌自相矛盾（补强） 投标文件多处内容不一致：监视器品牌在分项报价表、响应表、声明函三处品牌各不相同；光学镜工作长度招标要求≤31cm，投标响应 32cm，超出上限，属于负偏离，却投标文件标注为正偏离，投标文件响应真实性、准确性存疑。