

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	平舆县人民医院
拟采购产品名称	心外科手术器械
拟采购产品金额	80 万元
采购项目所属项目名称	平舆县人民医院单剂量口服包药机、磁刺激仪、心外科手术器械、高分辨率消化道动力监测系统采购项目
采购项目所属项目金额	项目总金额为 255 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他.	
原因阐述: 中国境内无法获取	
三、专家论证意见	
<p>心外科手术器械为手术医生进行手术操作时在接触手术进口器械使用金属材料,不锈钢材质的金属比铝金属强度高,耐腐蚀,使用寿命更长,且不锈钢材质不易生锈,进口手术器械不易腐蚀,防锈,耐用,建议采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 <i>彭坤</i></p> <p style="text-align: center;">2016 年 10 月 28 日</p>	

